



“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС” АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул.“Стефан Стамболов”№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.+359(56)810 547 +359(56)810 592



П Р О Т О К О Л

Днес, 10.02.2016г. в гр. Бургас, на основание Решение № VI – 109/16.03.2015г. на Изп. директор на “МБАЛ – Бургас” АД, за провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”**, и в изпълнение Решение № 836/27.10.2015г. на КЗК, постановено по преписка № КЗК - 564/2015г., комисия определена със Заповед № VI – Р - 182/30.04.2015год. на Изп. директор на „МБАЛ – Бургас” АД, в състав:

Председател: Ирена Петкова – гл. юрисконсулт на „МБАЛ – Бургас” АД;

Членове: 1. д – р Георги Мигаров – началник I ХО;

2. д – р Татяна Николова - вирусолог;

3. д – р Антон Григоров – началник ОАИЛ;

4. д – р Ани Инджова – старши лекар в отделение по хемодиализа;

5. м.с. Теодора Томова – ст. мед. сестра ОАИЛ,

6. Величка Георгиева – началник МТС,

проведе заседание, на което беше извършено повторно оценяване на предложенията по обособени позиции №1 и №4 на участниците в процедурата.

Позиция №1

Участници	Описание на мострите с техните компоненти	Характеристики
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - София	Спринцовка 2 cc Спринцовка 5 cc Спринцовка 10 cc Спринцовка 20 cc Спринцовка 50 cc	1.За еднократно използване; 2.Двукомпонентни; 3.Материал - полипропилен/полиетилен/ 4.Неизтриваща се черна градуировка.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – София	Спринцовка 2 cc Спринцовка 5 cc Спринцовка 10 cc Спринцовка 20 cc Спринцовка 50 cc	1.За еднократно използване; 2.Двукомпонентни; 3.Материал - полипропилен/полиетилен/ 4.Неизтриваща се черна градуировка.
ФАРКОЛ АД – Бургас	Спринцовка 2 cc Спринцовка 5 cc Спринцовка 10 cc Спринцовка 20 cc Спринцовка 50 cc	1.За еднократно използване; 2.Двукомпонентни; 3.Материал - полипропилен/полиетилен/ 4.Неизтриваща се черна градуировка.

Участници	Качество	
	Резултати от тестването	Мотивировка Оценка
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД – София	отлично	30т. много добро/отлично качество - налице е съответствие с техническата спецификация, като при тестване консуматива показва качества задоволжаващи изискванията на Възложителя;
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – София	отлично	30 т. много добро/отлично качество - налице е съответствие с техническата спецификация, като при тестване консуматива показва качества задоволжаващи изискванията на Възложителя;
ФАРКОЛ АД – Бургас	отлично	30 т. много добро/отлично качество - налице е съответствие с техническата спецификация, като при тестване консуматива показва качества задоволжаващи изискванията на Възложителя;

Позиция №4

--	--

Участници	Описание на мострите с техните компоненти	Характеристики
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД – София	Игла за спринцовка № 18G Игла за спринцовка № 20G Игла за спринцовка № 22G Игла за спринцовка № 24G Игла за спринцовка № 25G Игла за спринцовка № 26G Игла за спринцовка № 27G	Лазерно заточване; Атравматичен връх; Гладка и блестяща повърхност; Тънка стена; Цветово кодиране на размера; Присъединителен конус Луер.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – София	Игла за спринцовка № 18G Игла за спринцовка № 20G Игла за спринцовка № 22G Игла за спринцовка № 24G Игла за спринцовка № 25G Игла за спринцовка № 26G Игла за спринцовка № 27G	Лазерно заточване; Атравматичен връх; Гладка и блестяща повърхност; Тънка стена; Цветово кодиране на размера; Присъединителен конус Луер.
ФАРКОЛ АД – Бургас	Игла за спринцовка № 18G Игла за спринцовка № 20G Игла за спринцовка № 22G Игла за спринцовка № 24G Игла за спринцовка № 25G Игла за спринцовка № 26G Игла за спринцовка № 27G	Лазерно заточване; Атравматичен връх; Гладка и блестяща повърхност; Тънка стена; Цветово кодиране на размера; Присъединителен конус Луер.

Тестването на представените мостри се извърши върху пациенти, настанени за лечение в Отделение по анестезия и интензивно лечение на лечебното заведение. Председателят на комисията представи мострите на членовете на комисията, като разясни техническите характеристики на всяка от тях, без да съобщава кои са участниците, представили съответните мостри. При тестване на мострите за наличието на болков синдром беше изисквано и мнението на сестрите от отделението. За тестване на иглите за подкожни манипулации беше използван инсулин, за мускулни манипулации, както и за венозни манипулации - Klacid Тегсеф. Тестването беше извършено лично от членовете на комисията, с изключение на г – жа Величка Георгиева и г – жа Ирена Петкова, които не притежават медицинска квалификация, но същите присъстваха на изпитването на мострите. При извършването на съответните манипулации бяха спазени правилата за добра медицинска практика.

Тестването беше извършено по реда на подаване на предложенията, като резултатите от същото са обективирани в таблиците по – долу.

	Качество	
Участници	Резултати от тестването	Мотивировка Оценка
МЕДИЦИНСКА	При убощаване с игли 18G, 20G, 21G и 22G, 24G,	

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - София	притежават атравматичен връх, който не предизвика болка, иглите влизат плавно в тъкната.. При иглите използвани за мускулни манипулации 18G, 20G, 21G и 22G лесно се аспирира, с цел да се провери дали иглата е попаднала в кръвоносен съд, както и с тези за подкожни манипулации 24G, 25G, 26G и 27G Лесна е аспирацията и с иглите за венозни манипулации 18G, 20G, 21G и 22G. Игли 20G, 21G и 22G, с които е инжектиран Klacid Tercef не се запушват.	много добро/отлично качество - налице е съответствие с техническата спецификация, като при тестване консуматива показва качества задоволителни изискванията на Възложителя;
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	При убощаване с игли 18G, 20G, 21G и 22G беше установено, че техният връх не е достатъчно остър, в резултат, на което при инжектиране не влизат трудно в тъканите и е налице болков синдром при пациента. Налице и болков синдром и при убощаване с игли 24G, 25G, 26G и 27G. При иглите използвани за мускулни манипулации 18G, 20G, 21G и 22G трудно се аспирира, с цел да се провери дали иглата е попаднала в кръвоносен съд, както и с тези за подкожни манипулации 24G, 25G, 26G и 27G. Налице е същият проблем при аспирация с иглите за венозни манипулации 18G, 20G, 21G и 22G. Игли 20G, 21G и 22G, с които е инжектиран Klacid Tercef се запушват лесно, което води до повторно убощаване на пациента.	10 точки - средно качество - налице е съответствие с техническата спецификация, но при тестване консуматива показва качества във висока степен незадоволителни изискванията на Възложителя;
ФАРКОЛ АД - Бургас	При убощаване с игли 18G, 20G, 21G и 22G беше установено, че техният връх не е достатъчно остър, в резултат, на което при инжектиране не влизат трудно в тъканите и е налице болков синдром при пациента. Налице и болков синдром и при убощаване с игли 24G, 25G, 26G и 27G. При иглите използвани за мускулни манипулации 18G, 20G, 21G и 22G трудно се аспирира, с цел да се провери дали иглата е попаднала в кръвоносен съд, както и с тези за подкожни манипулации 24G, 25G, 26G и 27G. Налице е същият проблем при аспирация с иглите за венозни манипулации 18G, 20G, 21G и 22G. Игли 20G, 21G и 22G, с които е инжектиран Klacid Tercef се запушват лесно, което води до повторно убощаване на пациента.	10 точки - средно качество - налице е съответствие с техническата спецификация, но при тестване консуматива показва качества във висока степен незадоволителни изискванията на Възложителя;

10

Оповестяването на ценовите предложения беше извършено на заседание на комисията, проведено на 07.08.2015г., при условията, на което беше установено, че участниците предлагат следните цени за доставка на консумативите по обособени позиции №1 и №4, а именно:

Обособена позиция №1

Участници	Цена	
	предложение	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - София	42800,00	46,60
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	33240,00	60,00
ФАРКОЛ АД - Бургас	38620,00	51,64

Обособена позиция №4

Участници	Цена	
	предложение	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - София	27420,00	37,81
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	17280,00	60
ФАРКОЛ АД - Бургас	20736,00	50,00

При условията на изисквана обосновка от „Софарма Трейдинг“ АД във връзка с предложената от участника цена по обособена позиция №4, поради наличието на хепотезата на чл. 70, ал.1 от ЗОП, с протоколно решение на комисията от 01.09.2015г. същата не е приета, с оглед на което обстоятелство, предложението на участника по обособена позиция № 4 е отстранено на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП.

Предвид гориезложеното, комисията определи следните комплексни оценки на предложенията:

Обособена позиция №1

Участници	Срок на доставка		Качество	Оценка	Цена		Оценка
	предложение	точки	точки		предложение	точки	
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - София	2	5,00	30,00	35,00	42800,00	46,60	81,60
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	0	0,00	30,00	35,00	33240,00	60,00	95,00
ФАРКОЛ АД - Бургас	1	10,00	30,00	35,00	38620,00	51,64	96,64

1. „ФАРКОЛ“ АД – Бургас, ЕИК 102227154, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул „Сан Стефано“ № 28, представлявано от Тания Базотева – изпълнителен директор, при условията на комплексна оценка на предложението от 96,64 т.;
2. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД – София, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. “Рожен” №16, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор, при условията на комплексна оценка на предложението от 95,00т.;
3. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – София, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл. 28Б, представлявано от управителя Йонка Христова Гетова, при условията на комплексна оценка на предложението от 81,60т..

Обособена позиция №4

Участници	Срок на доставка	Качество	Оценка	Цена	Оценка
-----------	------------------	----------	--------	------	--------

Участници	предложение	точки	точки		предложение	точки	
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - София	2	5,00	30,00	35,00	27420,00	45,37	80,37
ФАРКОЛ АД - Бургас	1	10,00	10,00	20,00	20736,00	60,00	80,00

1. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД – София, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл. 28Б, представлявано от управителя Йонка Христова Гетова, при условията на комплексна оценка на предложението от 80,37т.;

2. „ФАРКОЛ“ АД – Бургас, ЕИК 102227154, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул „Сан Стефано“ № 28, представлявано от Тания Базотева – изпълнителен директор, при условията на комплексна оценка на предложението от 80,00т..

С оглед на извършеното оценяване на предложенията, комисията предлага на Изпълнителния директор на „МБАЛ – Бургас“ АД, на сключи договори за доставка на медицински консумативи с участниците класирани на първо място по съответните обособени позиции.

Комисията приключи своята работа на 26.04.....2016г.

Председател:
(Ир. Петкова)

Членове: 1.....
(д – р Г. Мигаров)
2.....
(д – р Т. Николова)
3.....
(д – р А. Григоров)
4.....
(д – р А. Инджова)
5.....
(м.с. Т. Томова)
6.....
(В. Георгиева)

Настоящият протокол ведно с цялата документация по провеждане на процедурата бяха предадени на изп. Директор на „МБАЛ – Бургас“ АД на 27.04.....2015г..

ИЗП. ДИРЕКТОР
„МБАЛ – БУРГАС“ АД:
/Д – Р Г. МАТЕВ/

