



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС" АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул."Стефан Стамболов"№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.+359(56)810 547 +359(56)810 592



УТВЪРЖДАВАМ:.....
(Д – Р Б. МИРАЗЧИЙСКИ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА
"УМБАЛ – БУРГАС" АД)

ПРОТОКОЛ

Днес, 29.09.2017г. в гр. Бургас, чл. 97, ал.4 от ППЗОП, във връзка с провеждането на процедура по събиране на оферти с обява за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Демонтаж на налична рентгенова тръба и доставка, монтаж и гаранционно обслужване на рентгенова тръба за компютърен томограф ProSpeed XS Power и 75 kV кабел“, комисия определена със Заповед № 511/29.09.2017г., в състав:

Председател: инж. Христо Василев – машинен инженер при „УМБАЛ – Бургас“ АД;

Членове: 1. д – р Илко Тенев – ст. лекар в отделение по образна диагностика при „УМБАЛ – Бургас“ АД;

2. Мария Николова – счетоводител при „УМБАЛ – Бургас“ АД,

в 11:00 ч. Административен блок на „УМБАЛ – Бургас“ АД проведе заседание, на което бяха разгледани предложенията внесени от участници в процедурата.

От деловодството на „УМБАЛ – Бургас“ АД бяха представени 4 плика с предложения за участие, представени при условията на удължаване на срока за подаване на предложения от следните участници:

№ по ред	Фирма	Входящ номер, дата и час
1.	„Пълмед“ АД гр.Пловдив, бул. „Пешерско шосе“ №61-Б	11734/28.09.2017 г.; 10,00 ч.
2	„Елпак-Лизинг“ ЕООД гр.Варна, ул. „Д-р Иван Богоров“ №12	11832/28.09.2017 г.; 13,20 ч.

3	„Реймед 09“ ЕООД гр.Бургас, ул. „Съединение“ №5, офис 6А	11880/28.09.2017 г.; 15,45 ч.
4	„Медисторм“ ЕООД гр.Варна, р-н Одесос, ул. Тича №1, ет.2	11881/28.09.2017 г.; 15,45 ч.

На заседанието на комисията не присъстваха представители участници в процедурата.

Преди да пристъпят към разглеждане и оценка на подадените предложения членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

1.Комисията пристъпи към проверка на документите, представени от „Пълмед“ АД, ЕИК 115258559, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р – н Западен, ул. „Пещерско шосе“ № 61Б, представлявано от Ради Радев – изпълнителен директор, при която беше установено, че участникът е представил следните такива:

- ЕИК на участника;
- Административни сведения – Образец № 1;
- Декларация за липса на обстоятелство по чл. 54, ал.1 от ЗОП - Образец №2;
- Декларация за приемане на условията по проекта на договор – образец № 3;
- Заверено от участника копие на валиден лиценз за дейност с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издаден от Агенцията за ядрено регулиране.
- Заверено от участника копие на оригинала и превод на български език на декларация за съответствие и CE сертификат за рентгенова тръба RTC 165, производство на I.A.E. INDUSTRIA APPLIKAZIONI ELEKTRONICHE SPA. По отношение на високоволтовият кабел изискването е неприложимо;
- Оригинали и проведени на български проспекти, каталози, спецификации от производителя и / или други документи, от които да са видни характеристиките на предлаганата рентгенова тръба и кабел и техническите параметри, за доказване съответствието с техническата спецификация на възложителя;
- Техническо предложение, включващо срок на доставка от 30 дни и срок на гаранционно обслужване – 12 месеца или 120 000 среза;
- Финансово предложение в процедурата- образец № 5, включващо цена за демонтаж на съществуваща рентгенова тръба и доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на рентгеновата тръба и високоволтов кабел на обща стойност 42 500 лв. без вкл. ДДС, разпределени както следва: демонтаж на съществуваща рентгенова тръба, монтаж на нова и гаранционно обслужване – 39 500 лв. без вкл. ДДС, високо волтов кабел от 75 kV – 3 000 лв. без вкл. ДДС.

При разглеждане на така представените документи, комисията установи, че същите са в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, с оглед на което пристъпи към проверка на представените от участника сертификати за CE маркировка и проспекти и каталози, като извърши

проверка относно наличие на съответствие на характеристиките на предлаганите рентгенова тръба и високо волтов кабел с изискванията на Възложителя. Установено беше, че предлаганата рентгенова тръба е RTC 165, производство на I.A.E. INDUSTRIA APPLIKAZIONI ELEKTRONICHE SPA, а високоволтовият кабел и съвместим с наличният рентгенов апарат. Видно от представената информация, същата е в пълно съответствие с обявените изисквания, с оглед на което обстоятелство комисията допуска представеното от „Пълмед“ АД ценово предложение до оценка.

2. Комисията пристъпи към проверка на документите, представени от „Елпак Лизинг“ ЕООД, ЕИК 103765736, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. «Иван Богоров» № 12, представлявано от Пламен Калайджиев – управител, при която беше установено, че участникът е представил следните такива:

- ЕИК на участника;
- Административни сведения – Образец № 1;
- Декларация за липса на обстоятелство по чл. 54, ал.1 от ЗОП - Образец №2;
- Декларация за приемане на условията по проекта на договор – образец № 3;
- Заверено от участника копие на валиден лиценз за дейност с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издаден от Агенцията за ядрено регулиране.
- Заверено от участника копие на оригинала и превод на български език на декларация за съответствие и CE сертификат за рентгенова тръба RTC 165, производство на I.A.E. INDUSTRIA APPLIKAZIONI ELEKTRONICHE SPA. По отношение на високоволтовият кабел изискването е неприложимо;
- Оригинали и проведени на български проспекти, каталози, спецификации от производителя и / или други документи, от които да са видни характеристиките на предлаганата рентгенова тръба и кабел и техническите параметри, за доказване съответствието с техническата спецификация на възложителя;
- Техническо предложение, включващо срок на доставка от 29 дни и срок на гаранционно обслужване – 12 месеца или 120 000 среза;
- Финансово предложение в процедурата- образец № 5, включващо цена за демонтаж на съществуваща рентгенова тръба и доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на рентгеновата тръба и високоволтов кабел на обща стойност 41 465 лв. без вкл. ДДС, разпределени както следва: демонтаж на съществуваща рентгенова тръба, монтаж на нова и гаранционно обслужване – 37 465 лв. без вкл. ДДС, високо волтов кабел от 75 kV – 4 000 лв. без вкл. ДДС.

При разглеждане на така представените документи, комисията установи, че същите са в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, с оглед на което пристъпи към проверка на представените от участника сертификати за CE маркировка и проспекти и каталози, като извърши проверка относно наличие на съответствие на характеристиките на предлаганите рентгенова тръба и високо волтов кабел с изискванията на Възложителя. Установено беше, че предлаганата рентгенова тръба е RTC 165, производство на I.A.E. INDUSTRIA APPLIKAZIONI ELEKTRONICHE SPA, а високоволтовият кабел е марка IAE, модел GE PS HVC и съвместим с наличния рентгенов апарат. Видно от представената информация, същата е в пълно съответствие с обявените изисквания, с оглед на което обстоятелство комисията допуска представеното от „Елпак Лизинг“ ЕООД ценово предложение до оценка.

3. Комисията пристъпи към проверка на документите, представени от „Реймед 09“ ЕООД, ЕИК 200980880, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Охрид“, № 4, офис № 3, представявано от Марио Анастасов Ичеренски – управител, при която беше установено, че участникът е представил следните такива:

- ЕИК на участника;
- Административни сведения – Образец № 1;
- Декларация за липса на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП - Образец № 2;
- Декларация за приемане на условията по проекта на договор – образец № 3;
- Заверено от участника копие на валиден лиценз за дейност с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издаден от Агенцията за ядрено регулиране.
- Заверено от участника копие на оригинала и превод на български език на СЕ сертификат и декларация за съответствие на рентгенова тръба марка Varex, модел GS 3576PS MX165ZJ. По отношение на високоволтовият кабел изискването е неприложимо;
- Оригинали и проведени на български проспекти, каталози, спецификации от производителя и / или други документи, от които да са видни характеристиките на предлаганата рентгенова тръба и кабел и техническите параметри, за доказване съответствието с техническата спецификация на възложителя;
- Техническо предложение, включващо срок на доставка от 7 дни и срок на гаранционно обслужване – 12 месеца или 120 000 среза;
- Финансово предложение в процедурата- образец № 5, включващо цена за демонтаж на съществуваща рентгенова тръба и доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на рентгеновата тръба и високоволтов кабел на обща стойност 39 935 лв. без вкл. ДДС, разпределени както следва: демонтаж на съществуваща рентгенова тръба, монтаж на нова и гаранционно обслужване – 38 345 лв. без вкл. ДДС, високо волтов кабел от 75 kV – 1 590 лв. без вкл. ДДС.

При разглеждане на така представените документи, комисията установи, че същите са в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, с оглед на което пристъпи към проверка на представените от участника сертификати за СЕ маркировка и проспекти и каталози, като извърши проверка относно наличие на съответствие на характеристиките на предлаганите рентгенова тръба и високо волтов кабел с изискванията на Възложителя. Установено беше, че предлаганата рентгенова тръба е рентгенова тръба марка Varex, модел GS 3576PS MX165ZJ, а високоволтовият кабел е марка GE, модел P9180CS и е съвместим с наличния рентгенов апарат. Видно от представената информация, същата е пълно съответствие с обявените изисквания, с оглед на което обстоятелство комисията допуска представеното от „Реймед 09“ ЕООД ценово предложение до оценка.

4. Комисията пристъпи към проверка на документите, представени от „Медисторм“ ЕООД, ЕИК 200933788, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р – н Одесос, ул. „Тича“, № 1, ет. 2, представявано от Георги Димитров Георгиев – управител, при която беше установено, че участникът е представил следните такива:

- ЕИК на участника;
- Административни сведения – Образец № 1;

- Декларация за липса на обстоятелство по чл. 54, ал.1 от ЗОП - Образец №2;
- Декларация за приемане на условията по проекта на договор – образец № 3;
- Техническо предложение, включващо срок на доставка от 7 дни и срок на гаранционно обслужване – 12 месеца или 120 000 среза;
- Финансово предложение в процедурата- образец № 5, включващо цена за демонтаж на съществуваща рентгенова тръба и доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на рентгеновата тръба и високоволтов кабел на обща стойност 42 500 лв. без вкл. ДДС, разпределени както следва: демонтаж на съществуваща рентгенова тръба, монтаж на нова и гаранционно обслужване -лв. без вкл. ДДС, високо волтов кабел от 75 kV -.....лв. без вкл. ДДС.

При разглеждане на така представените документи, комисията установи, че същите не отговарят на предварително обявените от Възложителя изисквания, в частта свързана с представяне на:

- Заверено от участника копие на валиден лиценз за дейност с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издаден от Агенцията за ядрено регулиране.
- Заверено от участника копие на оригинала и превод на български език на ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделиято или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО
- Оригинали и проведени на български проспекти, каталози, спецификации от производителя и / или други документи, от които да са видни характеристиките на предлаганата рентгенова тръба и кабел и техническите параметри, за доказване съответствието с техническата спецификация на възложителя.

Поради факта, че е налице непълнота, както на документите за подбор, така и на представеното техническо предложение, комисията прие решение да не изисква допълнително документи за подбор на основание чл. 104, ал.4 от ЗОП, с оглед обстоятелството, че техническото предложение не подлежи на допълване.

С оглед на гореизложеното, комисията предлага на Изп. Директор на „УМБАЛ – Бургас“ АД, „Медисторм“ ЕООД да бъде отстранено от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

На следващия етап от своето заседание комисията извърши оценяване на допуснатите предложения, а именно:

„Пълмед“ АД:

$$K_1 = \frac{39\,935 \times 100}{42\,500} = 93,97 \text{ т.}$$

„Елпак Лизинг“ ЕООД:

$$K_1 = \frac{39\,935 \times 100}{41\,465} = 96,31 \text{ т.}$$

„Реймед 09“ ЕООД:

$$K_1 = \frac{39\,935 \times 100}{39\,935} = 100 \text{ т.}$$

Въз основа на извършеното оценяване, комисията определи следния ред на класиране на предложенията:

1. „Реймед 09“ ЕООД, при условията на получена оценка 100 т.;
2. „Елпак Лезенг“ ЕООД, при условията на получена оценка 96,31т;
3. „Пълмед“ АД, при условията на получена оценка от 93,97т.

С оглед на горното и факта, че представеното от класираният на първо място участник предложение във висока степен задоволява изискванията на Възложителя, комисията предлага на Изпълнителния директор на „УМБАЛ – Бургас“ АД да сключи договор с предмет: „Демонтаж на налична рентгенова тръба и доставка, монтаж и гаранционно обслужване на рентгенова тръба за компютърен томограф ProSpeed XS Power и 75 kV кабел“, с „Реймед 09“ ЕООД, ЕИК 200980880 , със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул.„Охрид“, No 4, офис № 3, представлявано от Марио Анастасов Ичеренски-управител, при условията на внесеното от същия предложение.

Председател:
(инж. Хр. Василев)

Членове: 1.....
(д – р И. Тенев)
2.....
(М. Николова)