



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП**

☒ Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 7 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 09/06/2017
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00301 Поделение: _____ Исходящ номер: 6682 от дата 09/06/2017 Коментар на възложителя: _____ _____
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД		Национален регистрационен номер: 102274111	
Пощенски адрес: бул. Стефан Стамболов № 73			
Град: Бургас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8000	Държава: BG
Лице за контакт: Ирена Петкова		Телефон: 0879 358008	
Електронна поща: mbalburgas8000@gmail.com		Факс: 056 810592	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.mbalburgas.com/ Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/58/			

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
☐ Строителство	☒ Доставки	☐ Услуги
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)		
Предмет на поръчката 69999 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на фабрично нов лазер за литотрипсия за нуждите на отделение по урология при „УМБАЛ – Бургас“ АД.“		
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	33169100	

РАЗДЕЛ III

Срок за получаване на офертите
Дата: 14/06/2017 дд/мм/гггг Час: 16:30

РАЗДЕЛ IV

Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми Идентификация на проекта, когато е приложимо:	Да ☐ Не ☒

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя) Техническа спецификация: Тип на лазера: Холмий ИАГ (Но:YAG) Дължина на вълната: 2123 ± 2 Нанометра Внесените предложения ще бъдат разгледани от назначена за целта комисия на 19.06.2017г. от 11:00ч. Мощност на лазера: 30 Вата или повече Максимална енергия в импулс: 3,5 Джаула или повече Продължителност на импулса: 100 – 650 Микросекунди или по-къс Контрол на лазерния импулс: мониторинг в реално време Максимална работна честота: 25 Херца или повече Максимална пикова мощност: 18 Киловата или повече Охлаждане: Въздушно Пилотно лъчение: лазерно 635 Нанометра или 532 Нанометра, мощност 1.3 Миливата или повече (настройваем), клас 3R Вълноводи: за многократна и/или еднократна употреба, SMA905 конектор, мин. размер 200 Микрометра; макс. размер 1000 Микрометра (вътрешен размер на влакното) без контрол на броя на ползванията Вход на влакното: автоматично отваряне Дисплей: размер 7 или по-голям; цветен "тъч скрин"
--

Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 09/06/2017 дд/мм/гггг