



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: [3]

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас АД

Подделение (когато е приложимо): [.....]

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00301

Адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов № 73

Лице за контакт: Ирена Петкова

Телефон: 0879 358008

E-mail: mbalburgas8000@gmail.com

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт

☐ Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път: ☐ Да ☒ Не

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката: „Доставка на 4 бр. фабрично нови диализни апарати за нуждите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.”

Кратко описание:

1.	Да позволява профилиране на натрии, бикарбоната и ултрафилтрацията.
2.	Да притежава артериална клампа. Да може да провежда унипунктурна диализа клик-клак с две клампи – артериална и венозна.
3.	Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа.
4.	Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция – отворена система за сух бикарбонат.
5.	Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия).
6.	Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори, диализни концентрати и сух бикарбонат и от други производители.

7.	Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане.
8.	Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 33 до 40 °С.
9.	Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс.5 мл/болус.
10.	Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програма за топлинна дезинфекция (температура над 93°C) за да гарантира унищожаването на ендотоксините.
11.	Да притежава модул за измерване на пациентното кръвно налягане през програмируеми периоди и запамятаване на стойностите.
12.	Да разполага с цветен сензорен екран.
13.	Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация и да показва постоянно параметрите UF цел, UF време, UF скорост и UF обем.
14.	Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност и замърсяване на хидравличната система.
15.	Да притежава ултразвуков въздушен детектор.
16.	Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия.
17.	Да дава възможност във всеки момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език.
18.	Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на почистване на кръвта Kt/V.
19.	Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея.
20.	Да има възможност за промяна на диализния поток със стъпка 20 мл./мин.
21.	Да притежава автоматично включване на начален тест.
22.	Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език.
23.	Да притежава блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализния разтвор.
24.	Да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2.4 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра.
25.	Да притежава вградена батерия с възможност за работа не по-малко от 30 мин. и да бъде оборудван с топлообменник.
26.	Автоматично да изпълнява програма за дрениране след всяка дезинфекция.

Място на извършване: Отделение по хемодиализа при „УМБАЛ – Бургас” АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73;

Обща прогнозна стойност на поръчката до 70 000

Обособени позиции (когато е приложимо): Не

Номер на обособената позиция: []

Наименование: [.....]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): []

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: Участниците в процедурата следва да са търговци по смисъла на ТЗ, както и по отношение на тях да не са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 54, ал.1 от ЗОП.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се предвиждат

Икономическо и финансово състояние: не се предвиждат

Технически и професионални способности: Участниците в процедурата следва да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 78а от Закона за медицинските изделия.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

☐ Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение

☐ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☒ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☐ Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: Цена **Тежест:** [90]

Срок на гаранционна поддръжка **Тежест:** [10]

Срок за получаване на офертите:

Дата: 21.12.2016г.

Час: 16:30ч.

Срок на валидност на офертите: 60 дни

Дата: (dd/mm/yyyy) [.....]

Час: (чч:мм) [.....]

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 22.12.2016г.

Час: 11:00ч.

Място на отваряне на офертите: Аула на „УМБАЛ – Бургас” АД

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми: Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.....]

Средствата за изпълнение на поръчката се осигуряват от бюджета на лечебното заведение.

Друга информация: офертите следва да съдържат:

- ЕИК на участника;
- Административни сведения – Образец № 1;
- Декларация за липса на обстоятелство по чл. 54, ал.1, т.1 – 5 и т.7 от ЗОП - Образец №2;
- Декларация за приемане на условията по проекта на договор – образец № 3;
- Заверено от участника копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия;
- Заверено от участника копие на оригинала и превод на български език на ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО
- Оригинали и проведени на български проспекти, каталози, спецификации от производителя и / или други документи, от които да са видни характеристиките на предлагани апарати и техническите параметри, за доказване съответствието на апаратите с техническата спецификация на възложителя, и от които е видна година на производство на модела.
- Техническо предложение, включващо срок на доставка и срок на гаранционно обслужване – Образец №4, придружено от оторизационно писмо от производителя на апаратите, издадено на името на участника, от което е видно, че същият има право да извършва сервизно обслужване на апаратите;
- Финансово предложение в процедурата- образец № 5, включващо единична цена без вкл. ДДС на апарат, както и обща стойност за доставка на апаратите без вкл. ДДС.

Дата на настоящата обява

Дата: 13.12.2016г.

Възложител

Трите имена: *д – р Мирослав Обрейков*

Длъжност: Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас” АД

