



### ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 18.12.2019г. в гр. Бургас, в изпълнение на Решение 514/25.11.2019г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, във връзка с провеждането на публично състезание за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по хемодиализа при ”УМБАЛ – Бургас” АД”, комисия определена със Заповед № VI – Р – 553/18.12.2019г. на Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, в състав:

Председател: Ирена Петкова – гл. юрисконсулт на „УМБАЛ – Бургас” АД;

Членове: 1. д – р Петя Купенова – началник на отделение по хемодиализа при „УМБАЛ Бургас” АД;

2. Татяна Пейчева – гл. мед. сестра на „УМБАЛ Бургас” АД;

в 11:00 в Административния корпус на “УМБАЛ – Бургас” АД проведе заседание, на което бяха разгледани внесените предложения за участие в горната процедура.

По данни от подписаният между председателя на комисията и длъжностното лице в деловодството протокол на основание чл. 48, ал. 6 ППЗОП, до крайния срок за приемане на предложения, такива са постъпили от следните участници:

№ по ред	Фирма	Входящ номер, дата и час
1.	„Етропал Трейд“ ЕООД гр.Етрополе	19873/17.12.2019 г.; 09,45 ч.
2.	„Софарма Трейдинг“ АД гр.Варна	19878/17.12.2019 г.; 10,00 ч.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието и предложи за приемане график за работа.

След запознаване със списъка на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците в процедурата, както и такива на средствата за масово осведомяване.

Комисията, след като се убеди, че предложенията са постъпили в срок, съобразно изискванията на чл. 74, ал. 1 от ЗОП и Обявлението за обществена поръчка в запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост, пристъпи към тяхното отваряне по реда на подаване и проверка.

1. При проверка на офертата на **„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ЕООД**, ЕИК 122055819, адрес: гр. Етрополе, бул. "Руски" 191, представявано от управителя Росица Михайлова Пенчева – управител, и съответствието и със законовите изисквания, беше установено, че същата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 39 от ППЗОП и съдържа: плик №1 – „Заявление за участие“, 1 бр. и 1 бр. плик №2 – „Предлагани ценови параметри“. Преди да пристъпи към отваряне и проверка на документите, представени с плик №1, председателят на комисията представи на членовете на комисията да подпишат плик №2, след което отвори плик №1, и представи за подпис съдържащите се в тях документи, в частта на техническото предложение.

Представеното от **„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ЕООД** „Заявление за участие“ съдържа следните документи:

1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, представен и на CD във формат Word;
2. ЕЕДОП - CD;
3. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка и се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката – Образец № 3;
4. Административни сведения – Образец № 2;
5. Техническо предложение, ведно с Приложение №1, съдържащо:
  - Заверено от участника копие на ЕС сертификат за оценка на съответствието, издаден от нотифициран орган или еквивалент за нанесена СЕ маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, като върху всеки от сертификатите се изписва за коя обособена позиция и номенклатурна единица е приложим. (изискването е приложимо по отношение на всички номенклатурни единици от спецификацията).
  - Мостри на предлаганите медицински изделия;
  - Декларация за съответствие по чл.14 ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или упълномощения му представител.
  - Декларация от участника, че поддържа документирана система за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за безопасност по смисъла на глава седма от ЗМИ – в свободен текст.
  - Списък на документите, съдържащи се в Техническата оферта, подписан от участника, представен хартиен носител и на CD във формат Word за всяка обособена позиция.

При проверка на представените документи на хартиен и електронен носител, комисията установи следното:

Представените със „Заявление за участие“ ЕЕДОП и документи за подбор отговарят на обявените изисквания, като видно от информацията, съдържаща се в представения ЕЕДОП участникът отговаря на определените от Възложителя квалификационни изисквания.

Предвид изложеното членовете на комисията взеха решение, представеното от „Етропал Трейд“ ООД предложение да бъде допуснато до разглеждане и оценка.

2. При проверка на офертата на **„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. „Рожен“ №16, представявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор и съответствието и със законовите изисквания, беше установено, че същата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 39 от ППЗОП и

съдържа: плик №1 – „Заявление за участие”, 1 бр. и 1 бр. плик №2 – „Предлагани ценови параметри”. Преди да пристъпи към отваряне и проверка на документите, представени с плик №1, председателят на комисията представи на членовете на комисията да подпишат плик №2, след което отвори плик №1, и представи за подпис съдържащите се в тях документи, в частта на техническото предложение.

1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, представен и на CD във формат Word;
2. ЕЕДОП - CD;
3. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка и се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката– Образец № 3;
4. Административни сведения – Образец № 2;
5. Техническо предложение, ведно с Приложение №1, съдържащо:
  - Заверено от участника копие на ЕС сертификат за оценка на съответствието, издаден от нотифициран орган или еквивалент за нанесена СЕ маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, като върху всеки от сертификатите се изписва за коя обособена позиция и номенклатурна единица е приложим. (изискването е приложимо по отношение на всички номенклатурни единици от спецификацията).
  - Мостри на предлаганите медицински изделия;
  - Декларация за съответствие по чл.14 ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или упълномощения му представител.
  - Декларация от участника, че поддържа документирана система за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за безопасност по смисъла на глава седма от ЗМИ – в свободен текст.
  - Документ за упълномощаване.
  - Списък на документите, съдържащи се в Техническата оферта, подписан от участника, представен хартиен носител и на CD във формат Word за всяка обособена позиция.

При проверка на представените документи на хартиен и електронен носител, комисията установи следното:

Представените със „Заявление за участие” ЕЕДОП и документи за подбор отговарят на обявените изисквания, като видно от информацията, съдържаща се в представения ЕЕДОП участникът отговаря на определените от Възложителя квалификационни изисквания.

Предвид изложеното членовете на комисията взеха решение, представеното от „Софарма Трейдинг” АД предложение да бъде допуснато до разглеждане и оценка.

Ирена Петкова

Чл.36, ал.3 ЗОП



## ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 17.01.2020г. в гр. Бургас, в изпълнение на Решение 514/25.11.2019г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ – Бургас“ АД, във връзка с провеждането на публично състезание за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по хемодиализа при „УМБАЛ – Бургас“ АД”, комисия определена със Заповед № VI – Р – 553/18.12.2019г. на Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас“ АД, в състав:

Председател: Ирена Петкова – гл. юрисконсулт на „УМБАЛ – Бургас“ АД;

Членове: 1. д – р Петя Купенова – началник на отделение по хемодиализа при „УМБАЛ Бургас“ АД;

2. Татяна Пейчева – гл. мед. сестра на „УМБАЛ Бургас“ АД;

в 11:00 в Административния корпус на “УМБАЛ – Бургас” АД проведе заседание, на което бяха разгледани представените от участниците в процедурата технически предложения и беше извършена оценка относно тяхното съответствие с изискванията на Възложителя, при което беше установено следното:

Техническото предложение на „Етропал Трейд” ЕООД е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, като със същото участникът предлага срок на доставка 3 дни, и остатъчен срок на годност към момента на доставката на диализатори от 75%, като предлаганите такива със следните технически характеристики:

1	2	3	4	5
	<b>ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ High flux</b>			
1.1	Хемодиализатор High flux , 1,8 m <sup>2</sup>	Diadema 180H	Етропал АД	Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.8 кв.м. High flux. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез ЕО; материал на мембрана на диализатора - полисулфон висока пропускливост; с висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP до 500 mmHg; Диализаторите са изработени от
1.2	Хемодиализатор High flux , 2,0 m <sup>2</sup>	Diadema 200H	Етропал АД	Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 2.0 кв.м. High flux. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез ЕО; материал на мембрана на диализатора - полисулфон висока пропускливост; с висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP до 500 mmHg;

1.3	Хемодиализатор High flux , 2, 1m <sup>2</sup>	Diadema 210H	Етропал АД	Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 2.1 кв.м. High flux. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез EO; материал на мембрана на диализатора - полисулфон висока пропускливост; с висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP до 500 mmHg;

Комисията разгледа представените от участника мостри и провери съответствието на техните технически характеристики с изискванията на техническата спецификация, при което беше установено пълно такова.

С оглед на горното, комисията допуска „Етропал Трейд“ ЕООД до разглеждане и оценка на представеното ценово предложение.

Техническото предложение на „Софарма Трейдинг“ АД е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, като със същото участникът предлага срок на доставка 3 дни, и остатъчен срок на годност към момента на доставката на диализатори от 75%, като предлаганите такива със следните технически характеристики:

№	Наименование на обособената позиция и съответните номенклатерни единици	Търговско наименование	Производител	Техническа спецификация на продукта
1	2	3	4	5
ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ High flux				

1.1	Хемодиализатор High flux , 1,8 m <sup>2</sup>	Хемодиализатор High flux, 1,8 m2, HF18	WEGO Blood Purification Business Group	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m2): 1,8 m2 Мембрана: полисулфон
1.2	Хемодиализатор High flux , 2,0 m <sup>2</sup>	Хемодиализатор High flux , 2,0 m2, HF20	WEGO Blood Purification Business Group	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (τ2): 2,0 τ2 Мембрана: полисулфон
1.3	Хемодиализатор High flux , 2,1m <sup>2</sup>	Хемодиализатор High flux, 2,1 m2, HF21	WEGO Blood Purification Business Group	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (τ2): 2,1τ2 Мембрана: полисулфон

Комисията разгледа представените от участника моистри и провери съответствието на техните технически характеристики с изискванията на техническата спецификация, при което беше установено пълно такова. При извършеното тестване на същите беше установено, че биват понасяни добре от пациентите.

С оглед на горното, комисията допуска „Софарма Трейдинг” АД до разглеждане и оценка на представеното ценово предложение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, комисията прие решение отварянето и оповестяването на допуснатото ценово предложение да бъде извършено на 14.02.2020г. от 11:00 ч., като на заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Ирена Петкова

Чл.36, ал.3 ЗОП



### ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 14.02.2020г. в гр. Бургас, в изпълнение на Решение 514/25.11.2019г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, във връзка с провеждането на публично състезание за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по хемодиализа при ”УМБАЛ – Бургас” АД”, комисия определена със Заповед № VI – Р – 553/18.12.2019г. на Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, в състав:

Председател: Ирена Петкова – гл. юрисконсулт на „УМБАЛ – Бургас” АД;

Членове: 1. д – р Петя Купенова – началник на отделение по хемодиализа при „УМБАЛ Бургас” АД;

2. Татяна Пейчева – гл. мед. сестра на „УМБАЛ Бургас” АД;

в 11:00 в Административния корпус на “УМБАЛ – Бургас” АД проведе заседание, на което бяха оповестени ценовите предложения в горната процедура, представени от допуснатите участници - „Софарма Трейдинг” АД и „Етропал Трейд” ЕООД.

На заседанието не присъстваха представители на участниците в процедурата.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения по реда на подаване на офертите за участие.

С ценовото си предложение „Етропал Трейд” ЕООД предлага следните цени за доставка на диализаторите, предмет на процедурата:

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Прогнозно количество за 11 месеца	Ед. цена Без Вкл. ДДС	Обща стойност Без Вкл. ДДС
1	2	3	4		
<b>ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ High flux</b>					
1.1	<b>Хемодиализатор High flux , 1,8 m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 1,8 m <sup>2</sup> Мембрана: синтетична	7 700	9,500	73 150
1.2	<b>Хемодиализатор High flux , 2,0 m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 2,0 m <sup>2</sup>	7 700	10,000	77 000

		Мембрана: синтетична			
1.3	<b>Хемодиализатор High flux , 2, 1m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 2,1m <sup>2</sup> Мембрана: синтетична	5 500	10,800	59 400
	<b>Обща стойност</b>				209 550

С ценовото си предложение „Софарма Трейдинг“ АД предлага следните цени за доставка на диализаторите, предмет на процедурата:

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Прогнозно количество за 11 месеца	Ед. цена Без Вкл. ДДС	Обща стойност Без Вкл. ДДС
1	2	3	4		
<b>ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ High flux</b>					
1.1	<b>Хемодиализатор High flux , 1,8 m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 1,8 m <sup>2</sup> Мембрана: синтетична	7 700	12,200	93 940
1.2	<b>Хемодиализатор High flux , 2,0 m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 2,0 m <sup>2</sup> Мембрана: синтетична	7 700	12,800	98 560
1.3	<b>Хемодиализатор High flux , 2, 1m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 2,1m <sup>2</sup> Мембрана: синтетична	5 500	13,300	73 150
	<b>Обща стойност</b>				265 650

На следващия етап от своята работа комисията извърши оценяване на представените ценови предложения както следва:

Предложение на „Етропал Трейд“ ЕООД:

$$K_1 = \frac{209\,550}{209\,550} \times 100 = 100 \text{ т.}$$

Предложение на „Софарма Трейдинг“ АД:

$$K_1 = \frac{209\,550}{265\,650} \times 100 = 78,88 \text{ т.}$$

Въз основа на извършеното оценяване по критерий „Предлагана цена“ ( $K_1$ ), комисията определи следния ред на класиране на предложенията:

1. „Етропал Трейд“ ЕООД – 100 т.;
2. „Софарма Трейдинг“ АД – 78,88 т.

С оглед на горното, и поради факта, че предложението на участника, класиран на първо място във висока степен задоволява изискванията на Възложителя, комисията предлага на Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас“ АД, за участник класиран на първо място и определен за изпълнител по договор с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по хемодиализа при ”УМБАЛ – Бургас“ АД”, да бъде определено **„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ЕООД**, ЕИК 122055819, адрес: гр. Етрополе, бул. "Руски" 191, представлявано от управителя Росица Михайлова Пенчева – управител.

Ирена Петкова

Чл.36, ал.3 ЗОП



## ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 17.02.2020г. в гр. Бургас, в изпълнение на Решение 514/25.11.2019г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, във връзка с провеждането на публично състезание за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по хемодиализа при ”УМБАЛ – Бургас” АД”, комисия определена със Заповед № VI – P – 553/18.12.2019г. на Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, в състав:

Председател: Ирена Петкова – гл. юрисконсулт на „УМБАЛ – Бургас” АД;

Членове: 1. д – р Петя Купенова – началник на отделение по хемодиализа при „УМБАЛ Бургас” АД;

2. Татяна Пейчева – гл. мед. сестра на „УМБАЛ Бургас” АД,

в периода 18.12.2019г. – 14.02.2020г. извърши разглеждане и оценка на внесените предложения за участие в публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по хемодиализа при ”УМБАЛ – Бургас” АД”, резултатите от което са обективирани в протоколи от 18.12.2019г., 17.01.2020г. 14.02.2020г.

Към крайния срок на приемане на предложенията такива са представени от следните участници:

№ по ред	Фирма	Входящ номер, дата и час
1.	„Етропал Трейд“ ЕООД гр.Етрополе	19873/17.12.2019 г.; 09,45 ч.
2.	„Софарма Трейдинг“ АД гр.Варна	19878/17.12.2019 г.; 10,00 ч.

1.При проверка на офертата на **„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ЕООД**, ЕИК 122055819, адрес: гр. Етрополе, бул. "Руски" 191, представлявано от управителя Росица Михайлова Пенчева – управител, и съответствието и със законовите изисквания, беше установено, че същата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 39 от ППЗОП и съдържа: плик №1 – „Заявление за участие”, 1 бр. и 1 бр. плик №2 – „Предлагани ценови параметри”. Преди да пристъпи към отваряне и проверка на документите, представени с плик №1, председателят на комисията представи на членовете на комисията да подпишат плик №2, след което отвори плик №1, и представи

за подпис съдържащите се в тях документи, в частта на техническото предложение.

При проверка на представените документи на хартиен и електронен носител, комисията установи следното:

Представените със „Заявление за участие” ЕЕДОП и документи за подбор отговарят на обявените изисквания, като видно от информацията, съдържаща се в представения ЕЕДОП участникът отговаря на определените от Възложителя квалификационни изисквания.

Предвид изложеното членовете на комисията взеха решение, представеното от „Етропал Трейд” ООД предложение да бъде допуснато до разглеждане и оценка.

2. При проверка на офертата на **“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. “Рожен” №16, представявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор и съответствието и със законовите изисквания, беше установено, че същата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 39 от ППЗОП и съдържа: плик №1 – „Заявление за участие”, 1 бр. и 1 бр. плик №2 – „Предлагани ценови параметри”. Преди да пристъпи към отваряне и проверка на документите, представени с плик №1, председателят на комисията представи на членовете на комисията да подпишат плик №2, след което отвори плик №1, и представи за подпис съдържащите се в тях документи, в частта на техническото предложение.

При проверка на представените документи на хартиен и електронен носител, комисията установи следното:

Представените със „Заявление за участие” ЕЕДОП и документи за подбор отговарят на обявените изисквания, като видно от информацията, съдържаща се в представения ЕЕДОП участникът отговаря на определените от Възложителя квалификационни изисквания.

Предвид изложеното членовете на комисията взеха решение, представеното от „Софарма Трейдинг” АД предложение да бъде допуснато до разглеждане и оценка.

Техническото предложение на „Етропал Трейд” ЕООД е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, като със същото участникът предлага срок на доставка 3 дни, и остатъчен срок на годност към момента на доставката на диализатори от 75%, като предлаганите такива със следните технически характеристики:

1	2	3	4	5
	<b>ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ High flux</b>			
1.1	<b>Хемодиализатор High flux , 1,8 m<sup>2</sup></b>	Diadema 180H	Етропал АД	Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.8 кв.м. High flux. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез ЕО; материал на мембрана на диализатора - полисулфон висока пропускливост; с висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP до 500 mmHg;

				Диализаторите са изработени от
1.2	<b>Хемодиализатор High flux , 2,0 m<sup>2</sup></b>	Diadema 200H	Етропал АД	Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 2.0 кв.м. High flux. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез ЕО; материал на мембрана на диализатора - полисулфон висока пропускливост; с висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP до 500 mmHg;
1.3	<b>Хемодиализатор High flux , 2, 1m<sup>2</sup></b>	Diadema 210H	Етропал АД	Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 2.1кв.м. High flux. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез ЕО; материал на мембрана на диализатора - полисулфон висока пропускливост; с висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP до 500 mmHg;

Комисията разгледа представените от участника мостри и провери съответствието на техните технически характеристики с изискванията на техническата спецификация, при което беше установено пълно такова.

С оглед на горното, комисията допуска „Етропал Трейд“ ЕООД до разглеждане и оценка на представеното ценово предложение.

Техническото предложение на „Софарма Трейдинг“ АД е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, като със същото участникът предлага срок на доставка 3 дни, и остатъчен срок на годност към момента на доставката на диализатори от 75%, като предлаганите такива със следните технически характеристики:

№	Наименование на обособената позиция и съответните номеклатерни единици	Търговско наименование	Производител	Техническа спецификация на продукта
1	2	3	4	5
<b>ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ High flux</b>				
1.1	<b>Хемодиализатор High flux , 1,8 m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux, 1,8 m <sup>2</sup> , HF18	WEGO Blood Purification Business Group	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 1,8 m <sup>2</sup> Мембрана: полисулфон
1.2	<b>Хемодиализатор High flux , 2,0 m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux , 2,0 m <sup>2</sup> , HF20	WEGO Blood Purification Business Group	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 2,0 m <sup>2</sup> Мембрана: полисулфон
1.3	<b>Хемодиализатор High flux , 2,1 m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux, 2,1 m <sup>2</sup> , HF21	WEGO Blood Purification Business Group	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 2,1 m <sup>2</sup> Мембрана: полисулфон

Комисията разгледа представените от участника моестри и провери съответствието на техните технически характеристики с изискванията на техническата спецификация, при което беше установено пълно такова. При извършеното тестване на същите беше установено, че биват понасяни добре от пациентите.

С оглед на горното, комисията допуска „Софарма Трейдинг“ АД до разглеждане и оценка на представеното ценово предложение.

На следващия етап от своята работа комисията извърши оповестяване, разглеждане и оценка на представените от допуснатите участници предложения, а именно:

С ценовото си предложение „Етропал Трейд“ ЕООД предлага следните цени за доставка на диализаторите, предмет на процедурата:

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Прогнозно количество за 11 месеца	Ед. цена Без Вкл. ДДС	Обща стойност Без Вкл. ДДС
1	2	3	4		
<b>ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ High flux</b>					

1.1	<b>Хемодиализатор High flux , 1,8 m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 1,8 m <sup>2</sup> Мембрана: синтетична	7 700	9,500	73 150
1.2	<b>Хемодиализатор High flux , 2,0 m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 2,0 m <sup>2</sup> Мембрана: синтетична	7 700	10,000	77 000
1.3	<b>Хемодиализатор High flux , 2,1 m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 2,1 m <sup>2</sup> Мембрана: синтетична	5 500	10,800	59 400
	<b>Обща стойност</b>				209 550

С ценовото си предложение „Софарма Трейдинг“ АД предлага следните цени за доставка на диализаторите, предмет на процедурата:

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Прогнозно количество за 11 месеца	Ед. цена Без Вкл. ДДС	Обща стойност Без Вкл. ДДС
1	2	3	4		
<b>ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ High flux</b>					
1.1	<b>Хемодиализатор High flux , 1,8 m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 1,8 m <sup>2</sup> Мембрана: синтетична	7 700	12,200	93 940
1.2	<b>Хемодиализатор High flux , 2,0 m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 2,0 m <sup>2</sup> Мембрана:	7 700	12,800	98 560

		синтетична			
1.3	<b>Хемодиализатор High flux , 2, 1m<sup>2</sup></b>	Хемодиализатор High flux Активна повърхност (m <sup>2</sup> ): 2, 1m <sup>2</sup> Мембрана: синтетична	5 500	13,300	73 150
	<b>Обща стойност</b>				265 650

Въз основа на извършеното оценяване по критерий „Предлагана цена” (К<sub>1</sub>), комисията определи следния ред на класиране на предложенията:

1. „Етропал Трейд” ЕООД – 100 т.;
2. „Софарма Трейдинг” АД – 78,88 т.

С оглед на горното, и поради факта, че предложението на участника, класиран на първо място във висока степен задоволява изискванията на Възложителя, комисията предлага на Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, за участник класиран на първо място и определен за изпълнител по договор с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по хемодиализа при ”УМБАЛ – Бургас” АД”, да бъде определено **„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ЕООД**, ЕИК 122055819, адрес: гр. Етрополе, бул. "Руски" 191, представлявано от управителя Росица Михайлова Пенчева – управител.

Ирена Петкова

д – р П. Купенова

М.с. Т. Пейчева

Настоящият доклад ведно с цялата документация по провеждане на процедурата бяха предадени на Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас” АД на 17.02.2020г.

**ИЗП. ДИРЕКТОР НА  
“УМБАЛ - БУРГАС” АД:  
/Д - Р. Б. МИРАЗЧИЙСКИ/**