




„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС“ АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул.„Стефан Стамболов“№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.+359(56)810 547 +359(56)810 592



Intertek



РАЗЯСНЕНИЕ

На основание чл.29, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с постъпило на 17.04.2015г. искане за предоставяне на разяснение от страна на кандидат закупил документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас“ АД”, правим следните разяснения по документацията за провеждане на процедурата :

„На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), моля в законоустановения срок да ми предоставите писмени разяснения по следните въпроси, касаещи Техническата спецификация към документацията за участие и по-конкретно П. Р А З Д Е Л СПЕЦИФИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ШЕВЕН МАТЕРИАЛ:

За Обособена позиция №266 - Хемодиализатори с не етилноксид стерилизация 1,4-1,5 м²

Хемодиализатори от тип „ Low flux” с ефективна повърхност 1,4- 1,5 кв.м. с минимални клирънсови характеристики in vitro при кръвен поток 300 мл/мин и диализен поток 500 мл/мин **≥ 265 мл/мин**, фосфати > 195 мл/мин КУФ>10 мл/час/mm Hg стерилизирани с парова стерилизация, електронно облъчване или гама лъчи.

Въпрос 1: Да считаме ли за техническа грешка или пропуск показател “ ≥ 265 мл/мин “? Същият каса е ли Уреен клирънс, а ако не е – какво се има предвид?

За Обособена позиция №268 - Хемодиализатори с не етилноксид стерилизация 1,7-1,8 м²

Хемодиализатори от тип „ Low flux” с ефективна повърхност 1,7-1,8 кв.м. с минимални клирънсови in vitro при кръвен поток 300 мл/мин и диализен поток 500 мл/мин **≥ 270 мл/мин.**, фосфати > 200 мл./мин. КУФ > 11,5 мл /час mmHg стерилизирани с парова стерилизация, електронно облъчване или гама лъчи.

Въпрос 2: Да считаме ли за техническа грешка или пропуск показател “ ≥ 270 мл/мин “?

Същият каса е ли Уреен клирънс, а ако не е – какво се има предвид?

За Обособена позиция №273 - Хемодиализатори с парна стерилизация 1,7 кв.м и за Обособена позиция №274 - Хемодиализатори с парна стерилизация 2,1 кв.м

Въпрос 3: Допуска ли се посочените активни повърхности 1,7 кв.м и 2,1 кв.м да са минимални и да се четат като $\geq$ от дадените?

Обособена позиция № 332-Хемодиализатори.

1 Хемодиализатори с мембрана от полиарилетерсулфон с поливинилпиролон и полиамид с парна стерилизация 1,4

2 Хемодиализатори с мембрана от полиарилетерсулфон с поливинилпиролон и полиамид с парна стерилизация 1,7

3 Хемодиализатори с мембрана от полиарилетерсулфон с поливинилпиролон и полиамид с парна стерилизация 2,1

Въпрос 4: Допуска ли се посочените активни повърхности 1,4 кв.м., 1,7 кв.м и 2,1 кв.м да са минимални и да се четат като $\geq$ от дадените?"

Отговор №1: При изписване на показател ≥ 265 мл/мин. е допусната техническа грешка. За Уреен клирънс да се чете „ Урея, по – голямо или равно на 265 ml/min.”

Отговор №2: При изписване на показател ≥ 270 мл/мин. е допусната техническа грешка. За Уреен клирънс да се чете „ Урея, по – голямо или равно на 270 ml/min.”

Отговор №3: Да, допуска ли се посочените активни повърхности 1,7 кв.м и 2,1 кв.м да са минимални и да се четат като $\geq$ от дадените.

Отговор №4: Да се четат: „с активни повърхности = на 1,4 кв.м., 1,7 кв.м и 2,1 кв.м.”

ип

ИЗП. ДИРЕКТОР
“МБАЛ - БУРГАС” АД:
/Д - Р Г. МАТЕВ/

