



“УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС” АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул.”Стефан Стамболов” №73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.: *7070 факс: +359(56)810 592



П Р О Т О К О Л

Днес, 01.02.2018г. в гр. Бургас, в изпълнение Решение № VI – Р – 678/21.12.2017г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, във връзка с провеждането на публично състезание за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Закупуване на лични предпазни средства за заетите лица по Проект BG05M9OP001-1.008-1941 „По-безопасен труд в УМБАЛ-Бургас АД”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура "Добри и безопасни условия на труд", комисия определена със Заповед № VI – Р – 35/19.01.2018г. на Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, в състав:

Председател: Ирена Петкова – гл. юрисконсулт на „УМБАЛ – Бургас” АД;
Членове: 1. Ани Бъчварова – гл. счетоводител на „УМБАЛ – Бургас”

АД;

2. Татяна Пейчева – гл. мед. сестра на „УМБАЛ – Бургас”

АД;

3. Елена Атанасова – финансов контролър при „УМБАЛ –

Бургас” АД;

4. Величка Георгиева – снабдител при „УМБАЛ – Бургас”

АД,

в 11:00 в Административния корпус на „УМБАЛ – Бургас” АД проведе заседание, на което бяха разгледани внесените документи от „Фаркол“ АД, съгласно протоколно решение от 19.01.2018г., както и беше извършена разглеждане на представените технически предложения на участниците и преценка на съответствието на предлаганите продукти с изискванията на Възложителя, разписани в техническата спецификация.

От деловодството на лечебното заведение беше представен плик с документи от „Фаркол“ АД с вх. № 1348/26.01.2018г. Комисията установи, че същият е внесен в рамките на определения с чл. 54, ал.9 от ППЗОП срок, след което председателят на комисията отвори същия. Видно от представените нови ЕЕДОП – ове, по е налице информация относно липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

С оглед на горното обстоятелство, комисията прие, че участникът „Фаркол“ АД отговаря на всички квалификационни изисквания и взе решение представените от същия предложения по обособени позиции №1 и №2 да бъдат допуснати до разглеждане и оценка.

На следващия етап от своята работа комисията извърши проверка на документите включени в техническите предложения на участниците и преценка относно наличие на съответствие на предлаганите от тях ЛПС с изискванията по техническата спецификация.

1. Технически предложения на „Фаркол“ АД по обособени позиции №1 и №2 съдържащи:

- 1.1.Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 7, включващо срок за изпълнение на поръчката от 24 часа и остатъчен срок на годност не по – малък от 75% от посочения от производителя към датата на доставка;
- 1.2.Приложение № 1 към Техническа оферта, с посочени технически характеристики на продуктите, търговските марки, производителите и отбелязани предоставените каталози, брошури с технически характеристики и мостри - на хартиен и електронен носител;
- 1.3.Заварени от участника копия на ЕС сертификат или еквивалент за нанесена СЕ маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО и приложимите норми;
- 1.4.Мостри и/или каталози на предлаганите медицински консумативи с технически данни на предлаганите ръкавици, производство на Maxitex и Stilmed, престилки, маски и шапки, производство на Leboo;
- 1.5.Декларация за съответствие по чл. 14 ал. 2 от ЗМИ. съставена от производителя или упълномощения му представител.
- 1.6.Декларация от участника, че поддържа документирана система за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за безопасност по смисъла на глава седма от ЗМИ - в свободен текст.
- 1.7.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника;
- 1.8.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 9;
- 1.9.Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5.

1.Техническо предложение на „Булмар МЛ“ ООД по обособена позиция №2, съдържащо:

- 1.1.Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 7, включващо срок за изпълнение на поръчката от 24 часа и остатъчен срок на годност не по – малък от 75% от посочения от производителя към датата на доставка;
- 1.2.Приложение № 1 към техническото предложение;
- 1.3.ЕС сертификат или еквивалент за нанесена СЕ маркировка върху изделието за съответствие с Директива (ЕО) 98/79/ЕИО за всички номенклатури, включени в обособена позиция №2;
- 1.4.Мостри на оферирания престилки, маски и шапки, производство на Cardiva и Джангсу Фейксия;
- 1.5.Декларация за съответствие по чл.14 ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя;
- 1.6.Декларация от участника, че поддържа документирана система за проследяване безопасността на медицинските изделия;
- 1.7.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 9;
- 1.8.Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4;

1.Техническо предложение на „Феромед 1“ ЕООД по обособена позиция №1, съдържащо:

- 1.1.Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 7, включващо срок за изпълнение на поръчката от 20 часа и остатъчен срок на годност не по – малък от 75% от посочения от производителя към датата на доставка;
- 1.2.Приложение № 1 към Техническа оферта, с посочени технически характеристики на продуктите, търговските марки, производителите и отбелязани предоставените каталози, брошури с технически характеристики и мостри - на хартиен и електронен носител;
- 1.3.Продуктов каталог;
- 1.4.Заварени от участника копия на ЕО сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието - за всички номенклатури, включени в обособена позиция №1;

1.5. Декларации за съответствие от производителя - за всички номенклатури, включени в обособена позиция №1;

1.6. Декларация от участника, че поддържа документирана система за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за безопасност по смисъла на глава седма от ЗМИ - в свободен текст.

1.7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 9;

1.8. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5;

1.9. Мостри на предлаганите ръкавици, производство на Intouch и Sempermed.

Въз основа на данните от представените от участниците каталози и мостри, комисията извърши преценка относно съответствието на предлаганите ЛПС, като установеното в тази връзка беше обективизирано в таблицата по – долу.

№	Лични предпазни средства - медицински консумативи	Спецификация на консуматива	„Фаркол“ АД	„Булмар МЛ“ ООД	„Феромед 1“ ООД
Обособена позиция № 1 - Ръкавици					
1	Латексови ръкавици нестерилни без пудра	Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, без пудра, еластични размери от XS до XL.	Stilmed Latex Exzam PF Gloves Налице е пълно съответствие с изискванията на Възложителя		Sempermit Silk Налице е пълно съответствие с изискванията на Възложителя
2	Нестерилни нитрилни хирургични ръкавици без пудра	Нестерилни нитрилни ръкавици. Да отговарят на стандарти EN 455-1, EN 420, EN 374 1-3 и ASTM D 6319. Дебелина на пръстите 0,07 мм.-0,09 мм., на дланта 0,04 мм.-0,06 мм., маншета 0,03 мм.-0,05 мм. AQL 1,5-1,7 сила на скъсване мин.6N. Размери S, M, L, XL.	Stilmed Latex Exzam PF Gloves Отговарят на стандарти EN 455-1, EN 420, EN 374 1-3 и ASTM D 6319. Дебелина на пръстите 0,08 мм., на дланта 0,05 мм., маншета 0,04 мм. AQL 1, сила на скъсване мин.6N. Размер и S, M, L, XL. AQL 1 на ръкавиците е по – нисък от изискуемия, съгласно техническа спецификация		Nitrilex Отговарят на стандарти EN 455-1, EN 420, EN 374 1-3 и ASTM D - 6319. Дебелина на пръстите 0,07 мм., на дланта 0,06 мм., маншета 0,05 мм. AQL 1,5 сила на скъсване мин.6N. Размер и S, M, L, XL. Налице е пълно съответствие с техническата спецификация

3	Ръкавици латексов и стерилни без пудра - единично опакован и	Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 0,17 мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура, която да осигурява отличен захват и тактиленост.Размери от N6.0 до N9.0 с дължина от 290 до 295 мм.Да отговарят на стандарт EN 455-1 за осигуряване необходимата бариерна функция по време на операции макс.AQL 0,65 и стандарт EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по голям от 12N. Опаковка фолио.	Maxitex Neuro PF Gloves Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта от 0,17 мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата е с грапава структура, която осигурява отличен захват и тактиленост.Размери от N6.0 до N9.0 с дължина мин. 290 мм. Отговарят на стандарт EN 455-1 за осигуряване необходимата бариерна функция по време на операции макс.AQL 0,65 и стандарт EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа мин. 12N. Опаковка фолио. Налице и пълно съответствие с техническата спецификация	Intouch Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта 0,15 - 17 мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата е с грапава структура, която осигурява отличен захват и тактиленост.Размери от N6.0 до N9.0 с дължина мин. 290 мм. Отговарят на стандарт EN 455-1 за осигуряване необходимата бариерна функция по време на операции макс.AQL 0,65 и стандарт EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа мин. 17N. Опаковка фолио. Налице и пълно съответствие с техническата спецификация
4	Ръкавици латексов и стерилни с пудра - единично опакован	Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишесте от естествен каучуков латекс изобелени с кръгъл кант.Да притежават микрограпава нехлъзгава повърхност и	Latex Surgical Powdered Gloves Стерилни хирургични ръкавици финно	Sempermed Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто

	и	анатомична форма,която осигурява отличен захват и максимален комбфорт.Размери от N6.0 до N9.0 с дължина от 260 до 285 мм.Да отговарят на стандарт EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операция мах.AQL 1,5 и стандарт EN455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по голям от 12N.Опаковка фолио	опудрени с чисто царевично нишесте от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант.Притежав ат микрограпава нехлъзгава повърхност и анатомична форма,която осигурява отличен захват и максимален комфорт.Разме ри от N6.0 до N9.0 с дължина от 282 до 285 мм. Отговарят на стандарт EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операция AQL 1 – 1,5 и стандарт EN455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по голям от 12N.Опаковка фолио. Налице и пълно съответствие с техническата спецификация		царевично нишесте от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант.Притежав ат микрограпава нехлъзгава повърхност и анатомична форма,която осигурява отличен захват и максимален комфорт.Разме ри от N 6.0 до N9.0 с дължина от 270 до 285 мм. Отговарят на стандарт EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операция AQL 1, 5 и стандарт EN455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по голям от 12N.Опаковка фолио Налице и пълно съответствие с техническата спецификация
Обособена позиция № 2 - Предпазно облекло					
1	Престилк а операцио нна еднократ на нестерил на	Престилка операционна,еднократна,несте рилна,минимум 35 гр./м3	Кардива Солусионес Интегралес Престилка операционна,е днократна,нес терилна, 40 гр./м3 Налице и пълно съответствие с	Lebeoo Product Престилка операционна, еднократна,н естерилна, 35 гр./м3 Налице и пълно съответствие с	

				с техническата спецификаци я	
2	Операци онни шапки	Операционни шапки тип ,боне	Lebeoo Product Операционни шапки тип ,боне Налице и пълно съответствие с техническата спецификация	Джангсу Фейксия Операционн и шапки тип ,боне Налице и пълно съответствие с техническата спецификаци я	
3	Операци онни маски с ластик	Операционни маски с ластик,трипластови	Lebeoo Product Операционни маски с ластик,трипла стови Налице и пълно съответствие с техническата спецификация	Джангсу Фейксия Операционн и маски с ластик,трипл астови Налице и пълно съответствие с техническата спецификаци я	
4	Операци онни маски с връзки	Операционни маски с връзки,трипластови	Lebeoo Product Операционни маски с връзки,трипла стови Налице и пълно съответствие с техническата спецификация	Джангсу Фейксия Операционн и маски с връзки,трипл астови Налице и пълно съответствие с техническата спецификаци я	

Предлаганите от „Фаркол“ АД ЛПС по обособени позиции №1 и №2 са с остатъчен срок на годност не по – малко от 75% от обявения от производителя, като доставките ще се извършват в срок от 24 часа от извършване на заявка.

Предлаганите от „Булмар МЛ“ ООД ЛПС по обособена позиция №2 са с остатъчен срок на годност не по – малко от 75% от обявения от производителя, като доставките ще се извършват в срок от 24 часа от извършване на заявка.

Предлаганите от „Феромед 1“ ЕООД ЛПС по обособена позиция №1 са с остатъчен срок на годност не по – малко от 75% от обявения от производителя, като доставките ще се извършват в срок от 20 часа от извършване на заявка.

При извършената преценка на техническите характеристики на предлаганите ЛПС по данни от каталозите и представените от участниците мостри, отразени в горната таблица, и съответствието им с техническата спецификация, комисията установи, че качествата на предлаганите от „Фаркол“ АД ръкавици по номенклатурна единица №2 от обособена позиция №1 (нестерилни нитрилни хирургични ръкавици без пудра – „Стилмед“, производство на Maxter Glove Manifakturing) е налице несъответствие с изискването същите да са с AQL 1,5-1,7, за разлика от предлаганите от участника, които са с AQL 1, видно от данните в техническата характеристика

на продукта. По принцип ръкавиците устойчиви на микроорганизми, съгласно EN374 - 2:2003 са водонепропускливи и отговарят най-малко на ниво 2 на теста за преминаване. Устойчивостта на преминаване на ръкавиците се измерва съгласно ISO 2859, по процедура, която определя 3 приемливи нива на качеството AQL (Acceptable Quality. Leve). Нивата са следните:

Ниво 3 трябва да има AQL - 0.65;

Ниво 2 трябва да има AQL - 1.5;

Ниво 1 трябва да има AQL - 4.

Поради горните обстоятелства и факта, че ръкавиците ще се използват с цел защита от въздействието от микроорганизми, Възложителят е заложил изискване те да са с ниво на качество AQL 1,5-1,7, на което изискване не отговарят тези, предложени от участника, поради факта, че са с по – високо ниво на качество - AQL 1. Въпреки обстоятелството, че предлаганите са с по – високо качество, комисията не би могла да приеме предложението като съответстващо на техническата спецификация, с оглед факта на несъответствие със същата.

С оглед изложеното, и поради причина, че съгласно обявените условия за провеждане на процедурата не е налице възможност за отстраняване на предложението само по номенклатурна единица №2, комисията предлага на Изпълнителния директор на „УМБАЛ- Бургас“ АД, предложението по обособена позиция №1 на „Фаркол“ АД да бъде отстранено от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

По отношение на предложенията по обособена позиция №1 на „Феромед 1“ ЕООД, както и тези по обособена позиция №2 на „Фаркол“ АД и „Булмар МЛ“ ООД е налице пълно съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация, с оглед на което биват допускани до разглеждане и оценка на представените ценови предложения.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, комисията прие решение отварянето и оповестяването на допуснатото ценово предложение да бъде извършено на 19.02.2018г. от 11:00 ч., като на заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател:
(И. Петкова)

Членове: 1.....
(А. Бъчварова)
2.....
(Т. Пейчева)
3.....
(Е. Атанасова)
4.....
(В. Георгиева)