



“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС” АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул.”Стефан Стамболов”№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.+359(56)810 547 +359(56)810 592



П Р О Т О К О Л

Днес, 25.06.2015г. в гр. Бургас, в изпълнение Решение № VI – 109/16.03.2015г. на Изп. директор на “МБАЛ – Бургас” АД, за провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”**, комисия определена със Заповед № VI – Р - 182/30.04.2015год. на Изп. директор на „МБАЛ – Бургас” АД, в състав:

Председател: Ирена Петкова – гл. юрисконсулт на „МБАЛ – Бургас” АД;

Членове: 1. д – р Георги Мигаров – началник I ХО;

2. д – р Татяна Николова - вирусолог;

3. д – р Антон Григоров – началник ОАИЛ;

4. д – р Ани Инджова – старши лекар в отделение по хемодиализа;

5. м.с. Теодора Томова – ст. мед. сестра ОАИЛ,

6. Величка Георгиева – началник МТС,

проведе заседание, на което беше извършено тестване на представените от участниците мостри и оценка на предложенията по критерий „Качество”.

Въз основа на извършеното тестване на представените от участниците мостри, както и представените референции по обособени позиции от № 327 до №330, комисията оцени предложенията по критерий „Качество”, като оценките на предложенията са обективирани в Приложение №1 към настоящия протокол.

Въз основа на извършеното оценяване и с оглед спазване разписаните от Възложителя в чл. 6.2.2. от Общите условия за провеждане на процедурата, изисквания свързани с оценка на предложенията, и с оглед обстоятелството, че всички участници са представили декларации, че са запознати с условията за провеждане на процедурата, комисията предлага на Изп. директор на „МБАЛ – Бургас” АД, на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП, от участие в процедурата да бъдат отстранени предложенията на посочените по долу – участници, поради следните фактически основания:

1. Предложение на **“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. “Рожен” №16, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор, по обособена позиция №8, за което при тестване на представената мостра е установено, че предлаганата от участника клампа за пъпче при прегъване се чупи и не затваря добре, поради което обстоятелство предложението е оценена с 0 точки по критерий „Качество”.
2. Предложение на **„ФАРКОЛ” АД**, ЕИК 102227154, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул „Сан Стефано” № 28, представлявано от Тания Базотева – изпълнителен директор, по обособена позиция №15, за което при тестване на представената мостра на калцуни за машина не отговаря на

техническата спецификация, поради факта, че същите не са подходящи за машината за калцуни, с която разполага Възложителя, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество”.

3. Предложение на **„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ” ООД**, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 28Б, представлявано от управителя Йонка Христова Гетова – управител, по обособена позиция №21 – гел за ултразвук, с оглед на факта, че е представена мостра от 1 л., а съгласно техническата спецификация разфасовката следва да е 5 л., респ. и такава разфасовка следва да се представи, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество”.
4. Предложение на **РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД**, ЕИК 201682755, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, р-н Слатина, кв. Редута, ул. „Велчо Атanasов” № 12, ап. 13, представлявано от Екатерина Петрова Джунелова – управител, по обособена позиция №25 – трипътно кранче, с оглед на факта, че е представена мостра на петпътно кранче, която не съответства на изискванията към продукта, съгласно техническа спецификация, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество”.
5. Предложение на **„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ” ООД**, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 28Б, представлявано от управителя Йонка Христова Гетова – управител, по обособена позиция №29 – Хартия ЕКГ три канална, с оглед на факта, че е представена мостра е за едноканална хартия, а съгласно техническа спецификация същата следва да триканална, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество”.
6. Предложение на **„ДАНА МЕДИКАЛ” ЕООД**, ЕИК 20229652, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. «Войнишка» № 17, представлявано от Дана Недялкова – управител, по обособена позиция №32, за което при тестване на представената мостра на хартия беше установено, че същата не е подходяща за работа на видеопринтер MITSUBISHI K 61, с който разполага Възложителя, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество”.
7. Предложение на **„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. “Рожен” №16, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор, по обособена позиция №65 - чаршаф еднократен, за която не е представена мостра, поради което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество”.
8. Предложение на **„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. “Рожен” №16, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор, по обособена позиция №66 - бинтове плетени, за която са представени само две мостри за 4 – те, включени в позицията номенклатурни единици с размери 4см/12 см., които не съответстват на размерите посочени от Възложителя, поради което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество”.
9. Предложение на **„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ” ООД**, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 28Б, представлявано от управителя Йонка Христова Гетова – управител, по обособена позиция № 77 – гривна „майка – бебе”, с оглед на факта, че на така представените мостри съответно за майка и за бебе не са нанесени регистрационни номера, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество”.
10. Предложение на **„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. “Рожен” №16,

представявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор, по обособена позиция № 77 – гривна „майка – бебе“, с оглед на факта, че на така представените мостри съответно за майка и за бебе не са нанесени регистрационни номера, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.

11. Предложение на **„ДАНА МЕДИКАЛ“ ЕООД**, ЕИК 20229652, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. «Войнишка» № 17, представлявано от Дана Недялкова – управител, по обособена позиция № 77 – гривна „майка – бебе“, с оглед на факта, че на така представените мостри съответно за майка и за бебе не са нанесени регистрационни номера, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
12. Предложение на **„ФАРКОЛ“ АД**, ЕИК 102227154, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 28, представлявано от Таня Базотева – изпълнителен директор, по обособена позиция № 77 – гривна „майка – бебе“, с оглед на факта, че на така представените мостри съответно за майка и за бебе не са нанесени регистрационни номера, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
13. Предложение на **„АКВАХИМ“ АД**, ЕИК 200984964, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, р-н Искър, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 83, представлявано от Камелия Трендафилова Цанкова – изпълнителен директор, по обособена позиция №83 - постелки антимикиробни, за която е представена само една мостра с размери 20 см. X 20 см., която не съответства на размерите посочени от Възложителя - 90/115, 45/115 и 60/115, поради което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
14. Предложение на **„АКВАХИМ“ АД**, ЕИК 200984964, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, р-н Искър, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 83, представлявано от Камелия Трендафилова Цанкова – изпълнителен директор, по обособена позиция №185 - инцизионно фолио, включваща 15 номенклатурни единици с различни размери, за която е представена мостра на ръкав за камери, поради което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
15. Предложение на **„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ“ ООД**, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл. 28Б, представлявано от управителя Йонка Христова Гетова – управител, по обособена позиция №186 - натронкалк, за която не е представена мостра, поради което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
16. Предложение на **„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. „Рожен“ №16, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор, по обособена позиция №201 - пост оперативни стерилни превръзки, за която са представени мостри, които не отговарят на посочените от Възложителя размери, поради което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
17. Предложение на **„АКВАХИМ“ АД**, ЕИК 200984964, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, р-н Искър, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 83, представлявано от Камелия Трендафилова Цанкова – изпълнителен директор, по обособена позиция №202 - стерилно, прозрачно, дишащо фолио за покриване на оперативното поле, включваща 6 номенклатурни единици с различни размери, за която е представена само една мостра, въпреки изискването за представяне на мостри за всички номенклатурни единици, поради което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.

18. Предложение на **"АКВАХИМ" АД**, ЕИК 200984964, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, р-н Искър, ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 83, представлявано от Камелия Трендафилова Цанкова – изпълнителен директор, по обособена позиция №210 - специфичен стерилен консуматив за операционна зала, включваща 5 номенклатурни единици, за която е представена само една мостра по номенклатурна единица №3, въпреки изискването за представяне на мостри за всички номенклатурни единици, поради което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
19. Предложение на **"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. "Рожен" №16, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор, по обособена позиция №212 - специфични превръзки и бинтове за рани, включваща 6 номенклатурни единици с различни размери, са представени мостри по номенклатурни единици 1, 2, 3 и 5, с размери 9 x 15, 7,2 x 5, 15 x 8, които не съответстват на тези посочени в спецификацията, както и за номенклатурни единици № 4, 6 и 8 не са представени мостри поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
20. Предложение на **"АКВАХИМ" АД**, ЕИК 200984964, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, р-н Искър, ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 83, представлявано от Камелия Трендафилова Цанкова – изпълнителен директор, по обособена позиция №238 - хемостатична желатинова гъба, е представена един брой мостра по една номенклатурна единица за две обособени позиции- едната позиция е хемостатичен желатинов тампон, а другата е хемостатична желатинова гъба, поради което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
21. Предложение на **"АКВАХИМ" АД**, ЕИК 200984964, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, р-н Искър, ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 83, представлявано от Камелия Трендафилова Цанкова – изпълнителен директор, по обособена позиция №240 - хемостатични желатинови тампони с два вида размери, е представен само един брой мостра за двете номенклатурни единици, поради което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
22. Предложение на **"АКВАХИМ" АД**, ЕИК 200984964, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, р-н Искър, ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 83, представлявано от Камелия Трендафилова Цанкова – изпълнителен директор, по обособена позиция №241 - хемостатично платно за оксидирана целулоза с 4 вида размери и пудра, е представена мостра само по една номенклатурна единица от обособената позиция, която не отговаря на размера посочен в техническата спецификация и не е от платно, с оглед на което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
23. Предложение на **"ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ЕООД**, ЕИК 122055819, Адрес: гр. Етрополе, бул. "Руски" 191, представлявано от управителя Росица Михайлова Пенчева – управител, по обособена позиция №282 - комплекти фистулни игли, която при извършеното тестване беше установено, че е със зле заточен връх и крайно травмира пациентите, което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
24. Предложение на " на **"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. "Рожен" №16, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор, по обособена позиция №295 - Синтетичен, резорбируем плетен конец с кратък срок на резорбция - 50% загуба на здравина на 7-ия ден, 0% на 14 ден, включваща 14 различни размери конци, е представена само мостра само за

номенклатурна единица №1 с размери 6/0, 70cm, поради което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.

25. Предложение на **„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ“ ООД**, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл. 28Б, представлявано от управителя Йонка Христова Гетова – управител, по обособена позиция №296 - синтетичен, резорбируем, оплетен, конец от полигликолова киселина, със среден срок на резорбция, с оглед на факта, че като мостра е представен конец с размери, които не отговарят на изискванията за размери, посочени в техническата спецификация, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
26. Предложение на **“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. “Рожен” №16, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор, по обособена позиция №298 - монофиламентен, с дълъг срок на резорбция (70-75% загуба на здравината след 28 ден, 55-60% след 42 ден и пълна след 210 дни, с оглед на факта, че са представени мостри, които не отговарят на изискванията за размери, посочени в техническата спецификация, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
27. Предложение на **“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. “Рожен” №16, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор, по обособена позиция №299 - естествен мултифиламентен плетен нерезорбируем конец от плетена коприна, с покритие от восък или силикон, с оглед на факта, , че са представени мостри, които не отговарят на изискванията за размери, посочени в техническата спецификация, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
28. Предложение на **“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. “Рожен” №16, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор, по обособена позиция №302 - синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие. Средносрочна резорбция - 65% здравина на 14-и ден, с оглед на факта, че са представени мостри, които не отговарят на изискванията за размери, посочени в техническата спецификация, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
29. Предложение на **“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. “Рожен” №16, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор, по обособена позиция №303 - синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% на 9-ти ден и пълна резорбция, с оглед на факта, че са представени мостри, които не отговарят на изискванията за размери, посочени в техническата спецификация, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
30. Предложение на **“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД**, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1220, бул. “Рожен” №16, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор, по обособена позиция №304 - динтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон, без покритие. Със запазване на здравината над 75% до 3 седмици, с оглед на факта, , че са представени мостри, които не отговарят на изискванията за размери, посочени в техническата спецификация, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество“.
31. Предложение на **„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ“ ООД**, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл. 28Б, представлявано от управителя Йонка Христова

Гетова – управител, по обособена позиция №304 - динтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон, без покритие. Със запазване на здравината над 75% до 3 седмици, с оглед на факта, че са представени мостри, които не отговарят на изискванията за размери, посочени в техническата спецификация, поради което обстоятелство предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество”.

32. Предложение на **„РИДАКОМ” ЕООД**, ЕИК 175040885, седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район р-н Витоша, ул. „Голям братан” 10, ет. 3, ап. ап. Б15, представлявано от Дечо Петров Дечев – управител, по обособена позиция №327 - ХИФ, с оглед на факта, че с техническото предложение не са представени референции за качеството на предлагания от участника продукт, поради което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество”.

33. Предложение на **„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ” ООД**, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 28Б, представлявано от управителя Йонка Христова Гетова – управител, по обособена позиция №329 - Елайзи, с оглед на факта, че с техническото предложение не са представени референции за качеството на предлагания от участника продукт, поради което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество”.

34. Предложение на **„ФЕРОМЕД 1” ЕООД**, ЕИК 200763300, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Лазур” бл.74, ет.10, представлявано от Радостин Желязков – управител, по обособена позиция №331 - системи за прецизно вливане и аксесоари към тях, с оглед на факта, че с техническото предложение не е представена мостра, поради което обстоятелство на основание чл. 6.2.2 от Общите условия за провеждане на процедурата, предложението е оценено с 0 точки по критерий „Качество”.

В заключителната част от своята работа, комисията реши оповестяването на допуснатите ценови предложения да бъде извършено на 07.08.20015 от 11:00 ч. в аулата на „МБАЛ – Бургас” АД, като за целта и на основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, в „Профил на купувача” да бъде публикувано съобщение.

Председател:
(Ир. Петкова)

Членове: 1.....
(д – р Г. Мигаров)
2.....
(д – р Т. Николова)
3.....
(д – р А. Григоров)
4.....
(д – р А. Инджова)
5.....
(м.с. Т. Томова)
6.....
(В. Георгиева)

Позиция №1

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	не достатъчно прозрачна пластмаса ,не добър вакуум,буталото се изтегля трудно	10
ФАРКОЛ АД - Бургас	Нямат гумено уплътнение,не добър вакуум, лекарството излиза зад буталото	10

Позиция №2

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
МАРВЕНА ООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Не достатъчно прозрачна пластмаса,спринцовката 10сс няма гумено уплътнение не прецизно разграфена	10

Позиция №3

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	спринцовката е без предпазител	10
ФАРКОЛ АД - Бургас	спринцовката е без предпазител	10

Позиция №4

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Лесно се запущва при манипулации ,соето води до повтолно убождане на пациента	10
ФАРКОЛ АД - Бургас	Лесно се запущва при манипулации ,соето води до повтолно убождане на пациента	10

Позиция №5

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	Твърд филтър който затруднява манипулацията	20
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Шлауха от гумената част зе разчленява лесно при извършване на манипулации,стопера се движи трудно	10

Позиция №6

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30
РСР ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Шлауха от гумената част зе разчленява лесно при извършване на манипулации	15

Позиция №7

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки

РСР ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	накрайника не съчленява добре	20

Позиция №8

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	При прегъване се чупи и не затваря добре	0
ФАРКОЛ АД - Бургас	Затваря трудно	5

Позиция №9

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
РСР ЕООД - София	отлично	30
ФАРКОЛ АД - Бургас	отлично	30

Позиция №10

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	Не достатъчно дълъг шлаух	25
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	Крана за източване на урината изпуска	10
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Не достатъчно дълъг шлаух	25
ФАРКОЛ АД - Бургас	Крана за източване на урината изпуска	10

Позиция №11

	Качество	

Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	крана за източване изпуска	10
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	не достатъчно дълъг шлаух	25
ФАРКОЛ АД - Бургас	отлично	30

Позиция №12

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №13

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №14

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	при опит за обуване ластика се къса	10
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	при опит за обуване ластика се къса	10
АКВАХИМ АД - София	при опит за обуване ластика се къса	10
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	при опит за обуване ластика се къса	10
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30
ФАРКОЛ АД - Бургас	при опит за обуване ластика се къса	10

Позиция №15

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки

ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30
ФАРКОЛ АД - Бургас	представената мостра не отговаря на техническата спецификация	0

Позиция №16

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	,лесно се разчленява катетъра от втулката	10
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	,лесно се разчленява катетъра от втулката	10
ФАРКОЛ АД - Бургас	,лесно се разчленява катетъра от втулката	10

Позиция №17

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	отлично	30
ФАРКОЛ АД - Бургас	отлично	30

Позиция №18

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РСР ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	трудно се раздува балона ,твърд материал	10

Позиция №19

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №20

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	отлично	30

Позиция №21

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	Представената мостра не отговаря на обявената номенклатурна единици	0
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №22

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №23

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	Електродите за ЕКГ не лепят добре	20
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №24

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	При една оперативна интервенция острието се захвабява	10
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	При една оперативна интервенция острието се захвабява	10
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

ФАРКОЛ АД - Бургас	При една оперативна интервенция острието се захвабява	10
--------------------	---	----

Позиция №25

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	не отговаря на изискването	0
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	от въртящата се част пропуска разтвор	5
ФАРКОЛ АД - Бургас	от въртящата се част пропуска разтвор	5

Позиция №26

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	отлично	30
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №27

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №28

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №29

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	Мострата не отговаря на размерите	0
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №30

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №31

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №32

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	Мострата не отговаря	0
БУЛМАР МЛ ООД	отлично	30

Позиция №33

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №34

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	сондата е завързана с ластик при което шлауха се свива	15

Позиция №35

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №36

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	много твърд	10
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	много твърд	10

Позиция №37

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	Лесно се рони	10
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Лесно се рони	10
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30
ФАРКОЛ АД - Бургас	отлично	30
МЕДИТЕХ ООД	отлично	30

Позиция №38

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	Лесно се рони	10
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Лесно се рони	10
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30
ФАРКОЛ АД - Бургас	отлично	30
МЕДИТЕХ ООД	отлично	30

Позиция №40

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	При развиване от бинта се си сипят конци	20
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	При развиване от бинта се си сипят конци	20
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30
БУЛМАР МЛ ООД	При развиване от бинта се си сипят конци	20

Позиция №41

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №42

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	твърд не хигроскопичен	20
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №43

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	При рязане се увива	15
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30
БУЛМАР МА ООД	отлично	30

Позиция №44

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	отлично	30
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №45

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	отлично	30
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №46

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	отлично	30
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №47

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	При слагане пръстите се разцепват	20
АКВАХИМ АД - София	При слагане пръстите се разцепват	20
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	При слагане пръстите се разцепват	20
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30
ФАРКОЛ АД - Бургас	При слагане пръстите се разцепват	20

Позиция №48

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
БЕЛВЕЗАР - ГАМА ДЕНТ ООД - Пловдив	не достатъчно плътни	15
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
СТЕРАМЕД ООД - София	не достатъчно плътни	15
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	при слагане лесно се къса	10
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	при слагане лесно се къса	10
ФАРКОЛ АД - Бургас	не достатъчно плътни	15

Позиция №49

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
БЕЛВЕЗАР - ГАМА ДЕНТ ООД - Пловдив	отлично	30
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
СТЕРАМЕД ООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	при слагане лесно се къса	10
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	при слагане лесно се къса	10
ФАРКОЛ АД - Бургас	при слагане лесно се къса	10

Позиция №50

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	дебела не прилепва добре към ръката	5
СТЕРАМЕД ООД - София	дебела не прилепва добре към ръката	5
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	дебела не прилепва добре към ръката	5
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Не прилепват добре към ръката	10
ФАРКОЛ АД - Бургас	дебела не прилепва добре към ръката	5

Позиция №51

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	по плътна не прилепва добре	25
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №52

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
ФАРКОЛ АД - Бургас	отлично	30

Позиция №53

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
СТЕРАМЕД ООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	отлично	30
ФАРКОЛ АД - Бургас	отлично	30

Позиция №54

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	Не залепва добре	15
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Не залепва добре	15
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30
БУЛМАР МА ООД	Не залепва добре	15

Позиция №55

	Качество	

Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	Трудно се къса и не лепи добре	10
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Трудно се къса и не лепи добре	10
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30
МЕДИТЕХ ООД	Трудно се къса	20
БУЛМАР МЛ ООД	Не залепва добре	20

Позиция №58

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФАРКОЛ АД - Бургас	отлично	30

Позиция №59

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
РСР ЕООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Материалът, от който е изработено е тънък и се огъва	10

Позиция №60

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №61

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №62

Участници	Качество	
	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	Малка по размер и не прелепва добре	10
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	при опит за слагане ластика се разпъва и не прилепва добре към главата	5
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30
ФАРКОЛ АД - Бургас	ластикът е много мек и не прилепва добре	5

Позиция №63

Участници	Качество	
	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	не достатъчно плътна	15
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Не достатъчно плътни	15
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30
ФАРКОЛ АД - Бургас	Не достатъчно плътни	15

Позиция №64

Участници	Качество	
	Мотивировка	точки
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	отлично	30
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №65

Участници	Качество	
	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Не отговарят на обявените размери	0

Позиция №66

Участници	Качество	
	Мотивировка	точки

Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Две от представените мостри от позицията не отговарят на размера в техническата спецификация 4/12 см - 2 бр.	0

Позиция №67

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №68

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	отлично	30

Позиция №70

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	отлично	30

Позиция №73

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	отлично	30

Позиция №77

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	представените мостри съответно за майка и за бебе не са нанесени регистрационни номера	0
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	представените мостри съответно за майка и за бебе не са нанесени регистрационни номера	0
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	представените мостри съответно за майка и за бебе не са нанесени регистрационни номера	0
ФАРКОЛ АД - Бургас	представените мостри съответно за майка и за бебе не са нанесени регистрационни номера	0

Позиция №78

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	много тънка	10
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30
ФАРКОЛ АД - Бургас	много тънка	10

Позиция №79

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	много тънка	10
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30
ФАРКОЛ АД - Бургас	отлично	30

Позиция №80

	Качество
--	----------

Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №83

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	Трудно се отлепват листите	10
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	Трудно се отлепват листите	10
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	Представената мостра не отговаря на размера	0
ФАРКОЛ АД - Бургас	Трудно се отлепват листите	10

Позиция №84

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Тънка прозрачна лесно се къса	10
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №85

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №86

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №87

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №88

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №89

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	не достатъчно плътен	20
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	не достатъчно плътен	20
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №90

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА - София	отлично	30
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №91

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	много добро -твърд материал не е флексибилна	20
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	много добро -твърд материал не е флексибилна	20

Позиция №92

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	много добро качество - твърд материал, не е флексибилна	20

Позиция №93

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	много добро-твърд материал-не е флексибилна	20

Позиция №94

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА - София	отлично	30

Позиция №95

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Материалът от който е изработен е твърд не достатъчно прозрачен и не гъвкав	5

Позиция №96

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №97

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №99

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА - София	отлично	30

Позиция №100

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА - София	отлично	30

Позиция №101

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА - София	отлично	30

Позиция №102

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА - София	отлично	30

Позиция №103

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА - София	отлично	30

Позиция №104

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА - София	отлично	30
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	Не достатъчно пластичен	20

Позиция №106

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА - София	отлично	30

Позиция №107

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РСР ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №108

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РСР ЕООД - София	отлично	30

Позиция №109

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №110

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №111

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №112

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №113

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №114

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №115

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №116

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №118

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
БИКОМЕД ООД - гр. София	отлично	30

Позиция №119

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	Отлично качество - Марлята от която е изработен компреса е плътна	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Добро качество-Марлята от която е изработен компреса е рехава	20

Позиция №120

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №121

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	При незинфекция бързо ръждясват	10
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №126

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №127

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №128

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №138

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №150

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №152

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №169

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №175

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №176

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №179

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №180

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №181

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №182

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №183

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №184

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30

Позиция №185

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	Представена само една мостра на номенклатурна единица ,която не оатговаря на определите условия	0

Позиция №186

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	няма мостра	0

Позиция №188

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РСР ЕООД - София	отлично	30

Позиция №189

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РСР ЕООД - София	отлично	30

Позиция №191

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №192

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №193

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №194

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №195

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №196

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №197

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №198

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №199

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №200

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №201

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Не всички представени мостри по номенклатурни единици отговарят на размерите, посочени в техническата спецификация	0

Позиция №202

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	представена мостра само на една номенклатурна единица, която не отговаря на техническата спецификация- преставен ръкав за камера	0

Позиция №203

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №204

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №205

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №206

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №207

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №208

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №209

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №210

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
АКВАХИМ АД - София	Представена мостра само по номенклатурна единица 3 от техническата спесификация	0
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №211

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №212

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Представените мостри не отговарят на размерите на обособените номенклатурни единици	0
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №213

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №216

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №217

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	добро качество- пласмасовата част не добре уплътнена към металния мандрен	10
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №218

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №219

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №220

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №221

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №222

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30

Позиция №223

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №224

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30

ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
-------------------------	---------	----

Позиция №225

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №226

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №227

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №228

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №231

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №233

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки

ДИА ХЕМ ООД - Пловдив	отлично	30
-----------------------	---------	----

Позиция №236

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА - София	отлично	30
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №237

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №238

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	Представена един брой мостра по една номенклатурна единица за две обособени позиции-едната позиция е хемостатичен желатинов тампон, а другата е хемостатична желатинова гъба	0

Позиция №239

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №240

	Качество	
--	----------	--

Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	Представена един брой мостра по една номенклатурна единица за две обособени позиции-едната позиция е хемостатичен желатинов тампон, а другата е хемостатична желатинова гъба	0

Позиция №241

Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	Представена мостра само по една номенклатурна единица от обособената позиция, която не отговаря на размера посочен в номенклатурната единица и не е платно	0

Позиция №242

Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №243

Участници	Мотивировка	точки
ЕЛТА 90М ООД - София	отлично	30

Позиция №244

Участници	Мотивировка	точки
ЕЛТА 90М ООД - София	отлично	30

Позиция №245

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕЛТА 90М ООД - София	отлично	30

Позиция №247

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30
ЕЛТА 90М ООД - София	отлично	30

Позиция №248

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕЛТА 90М ООД - София	отлично	30

Позиция №250

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕЛТА 90М ООД - София	отлично	30

Позиция №251

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	отлично	30

Позиция №252

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕЛТА 90М ООД - София	отлично	30

Позиция №254

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
УНИФАРМ АД - София	отлично	30

Позиция №255

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР Б-Я Габрово	отлично	30

Позиция №256

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
УНИФАРМ АД - София	незадоволително-налице е съответствие с техническата спецификация, капсулата трудно се поставя към апарата	5
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	незадоволително-налице е съответствие с техническата спецификация, не се разтваря количеството сух бикарбонат в капсулата	5
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30

Позиция №257

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
УНИФАРМ АД - София	отлично	30
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30

Позиция №258

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30

Позиция №259

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №260

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	отлично	30

Позиция №261

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	отлично	30

Позиция №262

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	отлично	30

Позиция №263

	Качество	
--	-----------------	--

Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	отлично	30

Позиция №264

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	отлично	30

Позиция №265

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	отлично	30

Позиция №267

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	отлично	30

Позиция №268

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	отлично	30

Позиция №269

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	отлично	30

Позиция №270

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
АКВАХИМ АД - София	отлично	30

Позиция №271

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
КАПАМЕД ЕООД	отлично	30

Позиция №272

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	налице е съответствие с техническата спецификация-изисква по-голяма хепаринизация	5
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	налице е съответствие с техническата спецификация-изисква по-голяма хепаринизация	5

Позиция №273

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	незадоволително-съответства с техническата спецификация -изисква по-голяма хепаринизация	5
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	незадоволително-съответства с техническата спецификация -изисква по-голяма хепаринизация	5

Позиция №274

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	незадоволително-съответства с техническата спецификация, изисква се повече хепаринизация	5

Позиция №275

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	незадоволително-съответства на техническата спецификация-дават чести дефекти не пасва добре свързващия елемент към апарата	5

Позиция №276

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	незадоволително-съответства на техническата спецификация не пасва добре свързващия елемент към апарата	5
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	средно качество-отговаря на техническата спецификация-трудно се съчленява с диализаторите	10

Позиция №277

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки

ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	незадоволително-отговарят на спецификацията -твърд чорап на въздушния детектор	5
-------------------------------	--	---

Позиция №278

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	незадоволително-отговаря на техническата спецификация, твърд чорап на въздушния детектор	5
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30
АКВАХИМ АД - София	средно качество-отговаря на техническата спецификация-не се съчленява добре към диализаторите, при зотопляне се развива	10

Позиция №280

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30

Позиция №281

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №282

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ЕООД - Етрополе	лошо качество-не заточен върх травмира пациентите	0
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №283

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №285

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30

Позиция №286

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР Б-Я Габрово	отлично	30

Позиция №287

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30

Позиция №288

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР Б-Я Габрово	мого добро качество-силна миризма	20
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	добро качество-не достатъчно ефикасен при извършване на дезинфекцията	10
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30

Позиция №289

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР Б-Я Габрово	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	добро качество-селен мирис и не добре почиства	10

Позиция №290

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР Б-Я Габрово	много добро качество-не достатъчно ефективен	20
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	много добро качество-не достатъчно ефективен	20

Позиция №292

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30

Позиция №293

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично качество	30

Позиция №294

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №295

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки

СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	представена мостра само за номенклатурна единица 1.	0

Позиция №296

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	Размера на конеца и иглата на представените мостри не отговарят на размерите, посочени в техническата спецификация	0
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Представена мостра само за номенклатурна единица 1	0

Позиция №297

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №298

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Размера на конеца и иглата на представените мостри не отговарят на размерите, посочени в техническата спецификация	0

Позиция №299

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Размера на конеца и иглата на представениет мостри не отговарят на размерите, посочени в техническата спесификация	0

Позиция №300

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №301

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СЪРДЖИМЕД" ЕООД - София	отлично	30

Позиция №302

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Размера на конеца и иглата на представените мостри не отговарят на размерите, посочени в техническата спецификация	0
МЕДИТЕХ ООД	отлично	30

Позиция №303

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	Размера на конца и иглата на представените мостри не отговарят на размерите, посочени в техническата спецификация	0
МЕДИТЕХ ООД	отлично	30

Позиция №304

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	размера на конца и иглата на представените мостри не отговарят на размерите, в техническата спецификация	0
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - София	размера на конца и иглата на представените мостри не отговарят на размерите, в техническата спецификация	0
МЕДИТЕХ ООД	отлично	30

Позиция №305

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИТЕХ ООД	отлично	30

Позиция №306

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИТЕХ ООД	отлично	30

Позиция №307

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕКОС МЕДИКА ООД - София	отлично	30

Позиция №308

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РСР ЕООД - София	отлично	30

Позиция №309

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РСР ЕООД - София	отлично	30

Позиция №310

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РСР ЕООД - София	отлично	30

Позиция №311

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РСР ЕООД - София	отлично	30

Позиция №312

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30

Позиция №313

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30

Позиция №314

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30

Позиция №315

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30

Позиция №316

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30

Позиция №317

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30

Позиция №318

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30

Позиция №319

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА - София	отлично	30

Позиция №320

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕТ МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА - София	отлично	30

Позиция №321

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №322

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №323

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №324

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №325

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №326

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ДАНА МЕДИКАЛ ЕООД - Бургас	отлично	30

Позиция №327

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РИДАКОМ ЕООД - София	Няма референции	0
ЕЛТА 90М ООД - София	отлично	30

Позиция №328

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕЛТА 90М ООД - София	отлично	30

Позиция №329

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ООД - София	Няма референции	0
ЕЛТА 90М ООД - София	отлично	30

Позиция №330

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
ЕЛТА 90М ООД - София	отлично	30

Позиция №331

	Качество	
Участници	Мотивировка	точки
РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД - София	отлично	30
ФЕРОМЕД 1 ЕООД - Бургас	Няма мостра	0

Позиция №332

	Качество	
	Мотивировка	точки
Участници		
САНИ МЕД ЕООД - София	отлично	30

Председател:
(Ир. Петкова)

Членове: 1.....
(д - р Г. Мигаров)
2.....
(д - р Т. Николова)
3.....
(д - р А. Григоров)
4.....
(д - р А. Инджова)
5.....
(м.с. Т. Томова)
6.....
(В. Георгиева)