



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: 2

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас АД
Поделение (когато е приложимо): [.....]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00301
Адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов № 73
Лице за контакт: Ирена Петкова
Телефон: 0879 358008
E-mail: mbalburgas8000@gmail.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт
☐ Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: ☐ Да ☒ Не

Обект на поръчката:

- ☐ Строителство
☒ Доставки
☐ Услуги

Предмет на поръчката: “Доставка на медицинско оборудване за нуждите на Родилно отделение при “УМБАЛ – Бургас” АД”..

Кратко описание: Доставка на 4 бр. родилни легла и електронож.

Срок на доставка - 8 седмици.

Място на извършване: родилно отделение при „УМБАЛ – Бургас” АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73;

Обща прогнозна стойност на поръчката до 69 000

Обособени позиции (когато е приложимо): Не

Номер на обособената позиция: [1]

Наименование: Родилно легло – 4 броя

Техническа спецификация:

- Да има минимум 4-секции: глава, гръб, седалище, крака и отделно 2 бр. гьопели
- Електрически регулируема височина от 65 до 95 см (± 5 см).
- Електрическо задвижване на секция гръб - от 0 до минимум 80 градуса
- Електрически Trendelenburg на седалището – от 0 до минимум 30 градуса
- Механично задвижване на секцията за глава – от 0 до минимум ± 30 градуса
- Възможност за сваляне на секцията за краката за улеснен достъп
- Подлакътници, 2 броя
- Гьопели, 2 броя
- Колела със спирачки, 4 броя, вградени в основата
- Помощна стъпенка с неплъзгащо се покритие
- Съд от неръждаема стомана за органични отпадъци, 1 брой
- Ролкодържател с ролка за хартия - 1 брой
- Възможност за запаметяване на 3 индивидуални позиции на родилното легло
- Възможност за монтиране на инфузионна стойка
- Размери на леглото в хоризонтално положение: 180 x 60 см (± 5 см.)
- Максимално допустимо тегло на пациента: не по-малко от 150 кг
- Тапицерия от изкуствена кожа, лесна за почистване и дезинфекция

Родилното легло да е комплект с:

Механичен уред за улеснено пренасяне на пациентки/родилки от родилно легло и операционна маса към болнично легло, транспортър, транспортен стол

- Да е изработен от рентгеновопрозрачен материал
- Наличие на 4 броя вградени ръкохватки от двете страни
- Да е лесно преносим и съгъваем
- Да подлежи на влажна дезинфекция
- Да е със сменяем калъф от специална материя, улесняваща приплъзването
- Размери в разгънато положение: 180 x 50 см. (± 5 см.)
- Размери в съгънато положение: 90 x 50 см. (± 5 см.)
- Товароподемност за пациенти: мин. 180 кг

Минимален срок на гаранционна поддръжка – 12 месеца.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [42 000]

Номер на обособената позиция: [2]

Наименование: Електронож 300 W – 1 брой.

Техническа спецификация:

1. Да бъде изграден на модулен принцип
2. Да може при необходимост да бъде програмно и апаратно допълнително

разширен

3. Технически параметри и характеристики на апарата:

- възможност за монополярно рязане и коагулация и биполярна коагулация
- номинална изходна мощност 300 W
- да има следните четири модула:

- * биполярен – 1 брой

- * монополярен универсален, за включване на 3-Pin, 5 мм и 4 мм кабели за работа – 2 броя

- * модул за неутрален електрод – с възможност да се използват както многократни така и еднократни

- неутрални електроди – 1 брой

- автоматична регулация на изходната мощност по:

- * напрежение за икономично и щадящо рязане и коагулация

- * параметри на ВЧ искра за високо енергийно рязане и за рязане и коагулация в течна среда

- конфигуриране на апарата - апаратно и програмно в зависимост от медицинската му област на приложение

- режими на рязане:

- * монополярно, с автоматична регулация на параметрите на рязане, чрез регулация по напрежение, с регулиране на изходящата високочестотна мощност от 10W до 300W със стъпка 1W

- * монополярно в условия на течна среда, с регулиране на изходящата високочестотна мощност от 10W до 300W със стъпка 1W

- режими на коагулация:

- * монополярна мека с регулиране на изходящата високочестотна мощност от 5W до 200W със стъпка 1W

- * монополярна форсирана с регулиране на изходящата високочестотна мощност от 5W до 120W със стъпка 1W

- * монополярна дистанционна (спрей) с регулиране на изходящата високочестотна мощност от 5W до 120W със стъпка 1W

- * биполярна мека с регулиране на изходящата високочестотна мощност от 1W

до 120W със стъпка 1W

* биполярна мека с автоматичен стоп

- възможност за задаване на няколко степени на хемостаза по време на рязане
- да може да се активират както от ръкохватка, така и от педал режимите на монополярна и биполярна работа
- да има дисплей, на който да се визуализира буквено-цифрова информация
- програмирането на системата да бъде в диалогов режим през менюта от екрана
- да има памет за програмиране на различни работни програми, всяка една от които лесно да се ак-

тивира при съответната хирургична интервенция

- възможност за автоматичен старт и стоп при режим на коагулация
- възможност за допълнително разширение на системата с един или няколко от следните модули:

аргон плазмен коагулатор, иригационна помпа, аспирационен модул, модул за евакуация на пушека

и модул с допълнителни два слота по избор

- възможност за извеждане на дисплея на кода на грешките

Комплектация на апарата:

- ръкохватка с бутони за активиране на рязането и коагулацията – 1 брой
- кабел за ръкохватката с бутони – 1 брой
- набор електроди за рязане и коагулация не по-малко от 5 броя, комплект със статив за тях – 1 бр.
- биполярна пинсета, дължина 19-20 см, тъпа, браншове 1,0 мм – 1 брой
- кабел за биполярна пинсета – 1 брой
- неутрален електрод силиконов с приблизителни размери 17x25см, многократен – 1 брой
- кабел за неутралния електрод – 1 брой
- педал – 1 брой.

Минимален срок на гаранционна поддръжка – 24 месеца.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [20 000 лв.]

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: Участниците в процедурата следва да са търговци по смисъла на ТЗ, както и по отношение на тях да не са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 54, ал.1 от ЗОП.

1.Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се предвиждат

2.Икономическо и финансово състояние: не се предвиждат

3.Технически и професионални способности:

- Да имат опит в изпълнението на минимум 1 доставка на оборудване от категорията на тези, предмет на настоящата процедура - доказва се с представянето на Списък на доставките, които са идентични или сходни (под „идентични или сходни” ще се приемат тези, доказващи доставка на оборудване от съответната обособена позиция, за която участника подава предложение, като обемът на изпълнената поръчка е без ограничение) с предмета на процедурата, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен от доказателства за извършените доставки за последните 3 години, считано от крайната дата на представяне на предложенията, с телефон за връзка с всеки от Възложителите.

- Участниците следва да притежават сертификат за управление на качеството на ISO EN 9001:2000 или ISO EN 13485:2003 или еквивалент.

4.Изисквания за правоспособност.

- Да притежават валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, даващо му право да търгува на едро с медицински изделия, за които внася предложение, а за чуждестранните лица - аналогични разрешения, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

☐ Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение

☐ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

Критерий за възлагане:

- ☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- ☐ Цена и качествени показатели
 - ☐ Разходи и качествени показатели
- ☐ Ниво на разходите
- X ☐ Най-ниска цена

Показатели за оценка: *(моля, повторете, колкото пъти е необходимо)*

Име: Цена

Тежест: [100]

Срок за получаване на офертите:

Дата: 16.05.2018г.

Час: 16:30ч.

Срок на валидност на офертите: 60 дни

Дата: (dd/mm/yyyy) [.....]

Час: (чч:мм) [.....]

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 17.05.2018г.

Час: 11:00ч.

Място на отваряне на офертите: В кабинета на гл. юрисконсулт на „УМБАЛ – Бургас“ АД

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми: Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.....]

Средствата за изпълнение на поръчката се осигуряват целево от бюджета на Министерство на здравеопазването

Друга информация:

Офертите следва да съдържат:

1. Опис на представените документи, подписан и подпечатан от участника. В описът участника следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника) - Образец № 1.
2. Представяне на участника - Образец № 2.
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - Образец № 3.
4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП) - Образец № 4.

5. Заверено от участника копие на валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, даващо му право да търгува на едро с медицински изделия, за които внася предложение, а за чуждестранните лица - аналогични разрешения, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
6. Заверено от участника копие на сертификат за управление на качеството на ISO EN 9001:2000 или ISO EN 13485:2003 или еквивалент.
7. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър - Образец № 6.
8. Списък на доставките, които са идентични или сходни (под „идентични или сходни” ще се приемат тези, доказващи доставка на оборудване от съответната обособена позиция, за която участника подава предложение, като обемът на изпълнената поръчка е без ограничение) с предмета на процедурата, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен от доказателства за извършените доставки за последните 3 години, считано от крайната дата на представяне на предложенията, с телефон за връзка с всеки от Възложителите.
9. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда подизпълнители, ако е приложимо - Образец № 7.
11. „Техническо предложение”
- 11.1. Техническо предложение, включващо срок на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване – Образец №5;
- 11.2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- 11.3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 8; Същият трябва да е не по- кратък от 60 дни.
- 11.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 9.
- 11.5. Оригинал и превод на български на каталози на производителя на съответното оборудване.
- 11.6. Сертификат за CE маркировка или еквивалент на съответното оборудване.
12. Ценово предложение - Образец № 10.
- При представяне на предложение и за двете обособени позиции, включени в техническата спецификация, за всяка от тях се подават отделни технически и ценови предложения.

Дата на настоящата обява

Дата: 08.05.2018г.

Възложител

Трите имена: д – р Бойко Миразчийски

Длъжност: Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас” АД

