



П Р О Т О К О Л

Днес, 30.12.2016г. в гр. Бургас, в изпълнение Решение VI – Р – 566/17.11.2016г. на Пълномощника на „МБАЛ – Бургас“ АД, във връзка с провеждането на открита процедура за избор на изпълнител по договор, с предмет: **„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на инсталация за обезвреждане на болнични отпадъци в „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и обучение на персонала за работа с него”**, комисия определена със Заповед № VI – Р - 645/30.12.2016 год. на Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас“ АД, в състав:

Председател: Ирена Петкова – гл. юрисконсулт на „УМБАЛ – Бургас“ АД;

Членове: 1. Ани Бъчварова – гл. счетоводител на „УМБАЛ – Бургас“ АД;

2. инж. Христо Василев – машинен инженер при „УМБАЛ – Бургас“ АД;

3. Стефка Хлебарова – юрист, в качеството си на представител на Министерство на здравеопазването;

4. Николина Сотирова – външен експерт, вписан под № ВЕ – 1777/18.10.2016г. в Списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, поддържан от АОП,

в 13:00 в Административния корпус на „УМБАЛ – Бургас“ АД проведе заседание, на което беше разгледано представеното от **„МАЙКОМ“ ЕООД** техническо предложение и предоставената с него информация и нейното съответствие изискванията на Възложителя, при което беше установено, че същото наред с представените с него документи отговарят на изискванията, разписани в Раздел IV, б. „Б“, т.6 от документацията за провеждане на процедурата.

На следващия етап от своята работа комисията извърши проверка за съответствие на предлаганата от участника инсталация Valkulab PL 9612-1H R „Sproesial“ с изискванията на Възложителя, разписани в техническата спецификация, при което беше установено, че по отношение на същата е налице пълно съответствие.

С предложението си участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия:

1. Предложен срок на гаранционно обслужване – 32 месеца

2. Предложено време за реакция при аварии в рамките на гаранционния срок – до 1 час от съобщаване за проблема.

3. Параметри на камерата:

- Обем на камерата – 871 литра;

- Височина на камерата – 1 000 мм..

С оглед пълното съответствие на предложената инсталация с обявените от Възложителя изисквания, комисията допуска до оценка представеното от участника техническо предложение, съгласно обявите критерии, а именно:

Показател (К2) - Технически показатели – с тежест до 70 точки, включващ следните подпоказатели:

2. Показател (К2) - Технически показатели включва оценка по следните подпоказатели:

1. Подпоказател (К2.1) - Гаранционен срок. По този подпоказател се оценяват предложения от участниците гаранционен срок, който не може да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателните протоколи за извършени доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала. Максимален брой точки – 15 точки.

Участниците offerират гаранционен срок в месеци, като в зависимост от тяхното предложение този подпоказател се оценява със следните точки:

Предложен гаранционен срок	Точки
12 месеца	1 точка
От 13 м. до 18 м. включително	3 точки
От 19 м. до 24 м. включително	5 точки
От 25 м. до 30 м. включително	10 точки
Над 30 месеца	15 точки

2. Подпоказател (К2.2) - Време за реакция. По този подпоказател се оценяват предложеното от участниците време за реакция, което не може да бъде повече от 6 часа от съобщаване на проблема. Максимален брой точки – 5 точки.

В зависимост от предложението на участниците този подпоказател се оценява със следните точки:

Предложено време за реакция	Точки
До 1 час	5 точки
От 1 час и една минута до 2 часа	4 точки
От 2 часа и една минута до 3 часа	3 точки
От 3 часа и една минута до 4 часа	2 точки
От 4 часа и една минута до 6 часа	1 точка

3. Подпоказател (К2.3) - Параметри на камерата. По този подпоказател се оценяват предложените от участниците обем и височина на камерата на паровия стерилизатор за дезинфекция на инфектирани отпадъци и други порести материали, част от инсталацията за обезвреждане на болнични отпадъци. Максимален брой точки – 50 точки.

В зависимост от предложенията на участниците, този подпоказател се оценява със следните точки:

Инсталация за обезвреждане на болнични отпадъци	Параметри	Точки
1	2	3
1. Обем на камерата	От 800 л. до 830 л.	5 точки
	От 831 л. до 860 л.	15 точки

	От 861 л. до 900 л.	30 точки
2. Височина на камерата	От 660 мм до 899 мм.	5 точки
	От 900 мм до 950 мм.	10 точки
	От 951 мм до 1000 мм	20 точки
Максимален възможен брой точки по подпоказателя		50 точки

Общата оценка по Показател (K2) - Технически показатели се получава като сбор от получените оценки по трите подпоказатели по следната формула:

$$K2 = (K.2.1 + K2.2 + K2.3)$$

По подпоказател К. 2.1 „Гаранционен срок“, участникът получава 15 точки, поради факта, че предлага гаранционен срок над 30 месеца.

По подпоказател К.2.2. „Време за реакция, участникът получава 5 точки, поради факта, че предлага време за реакция до 1 час от съобщаване на проблема.

По подпоказател К2.3. „Параметри на камерата“, участникът получава максимален брой точки – 50, предвид факта, че е предложил обем на камерата в рамките от 861 до 900 л. и височина на камерата в рамките от 951 до 1000 мм.

Общата оценка, получена от участника по показател К.2. – „Технически показатели“ е 70 т., която е формирана като сбор от получените оценки по трите подпоказатели и съгласно утвърдената методика.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, комисията прие решение отварянето и оповестяването на допуснатото ценово предложение да бъде извършено на 09.01.2017г. от 13:00 ч., като на заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Настоящият протокол беше съставен и подписан на 30.12.2016г.

Председател:
(И. Петкова)

Членове: 1.....
(А. Бъчварова)

2.....
(инж. Х. Василев)

3.....
(С. Хлебарева)

4.....
(Н. Сотирова)